

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด  
เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา  
โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ไอวีแคททีเตอร์ เบอร์ ๒๒ จำนวน ๑,๘๐๐ กล่อง
๒. ไอวีแคททีเตอร์ เบอร์ ๒๔ จำนวน ๑,๘๐๐ กล่อง

ใช้สำหรับให้สารละลายหรือสารน้ำ กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่...๑๑...เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่...๒๖...เมษายน ๒๕๕๗ ในวัน เวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่...๓๐...เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาผลการสอบราคาและประกวดราคา ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด ระหว่างที่...๑๑...เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่...๒๖...เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ...๑๑...เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเกรียงไกร โกวิททางกูร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อสินค้า ไอวีแคททีเตอร์ เบอร์ ๒๒ และ ๒๔

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับให้สารละลายหรือสารน้ำ

### คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นชุดให้ยา สารละลายหรือของเหลวเข้าทางเส้นเลือดดำ

๒. ไอวีแคททีเตอร์แต่ละอันบรรจุอยู่ใน Sterile Plastic case รูปกระสวยทำให้ปราศจากเชื้อโดย Electron Beam

๓. ไอวีแคททีเตอร์กล่องบรรจุ ๕๐ ชิ้นแต่ละชั้นระบุ Lot No. และวันหมดอายุชัดเจน

๔. บนกล่องมีฉลากบรรจุขนาด Lot No. และวันหมดอายุไว้ซึ่งมีอายุ ๕ ปี นับจากเดือน / ปี ที่ผลิต พร้อมทั้งแถบสีระบุขนาดของไอวีแคททีเตอร์ตามมาตรฐาน ISO

### คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นท่อเพื่อใช้สอดเข้าทางหลอดเลือดดำโดยมีส่วนประกอบคือ

๑.๑ ชั้นนอก เป็นท่อสอดเข้าทางหลอดเลือดดำ (Catheter) ทำจากสารสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัยเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์มีลักษณะบางใส สามารถมองเห็นเลือดไหลย้อนกลับได้ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้โดยการ X-Ray

๑.๒ เข็มทำจาก Stainless steel (Medical Grade) เป็นผนังเข็มบาง (Thin wall) ไม่เป็นสนิม เคลือบด้วยสารซิลิโคนทำให้ลื่นและง่ายต่อการใช้งานที่ปลายเข็มมีร่อง (Groove) ยาวไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร ซึ่งเมื่อปลาย Catheter ผ่านเข้าเส้นเลือดแล้วจะเห็นเลือดไหลระหว่างผนังด้านนอกของเข็มกับผนังด้านในของ Catheter เพื่อเป็นการยืนยันว่าปลาย Catheter ผ่านเข้าเส้นเลือดดำแล้ว

๑.๓ ท่อต่อปลายเข็ม (ด้ามจับ) มีลักษณะแข็งแรงเพื่อให้สังเกตการณ์ไหลย้อนของเลือดได้ชัดเจน ส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่เพื่อให้เลือดเข้ามาในท่อได้ แต่ไหลออกไม่ได้ป้องกันการปน ป้อนการติดเชื้อจراثิรัย และเพื่อป้องกันการไหลของเลือดจากคนไข้เข้ามาถูกมือ

๒. ภาชนะบรรจุเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน (Catheter intravenous) แต่ละชั้นมีความแข็งแรงทนทานไม่ฉีกขาดหรือแตกหักง่ายเพื่อยืนยันการปราศจากเชื้อก่อนการใช้งาน

๓. เข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน (Catheter Intravenous) แต่ละชั้นต้องทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธิลีนออกไซด์ รังสีแกมมาหรือเลเซอร์อนบิน ระบุรุ่นการผลิต (Lot No.) และวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน


๔. ขนาดบรรจุกล่องละ ๕๐ ชิ้นบนกล่องบรรจุต้องระบุขนาดของเข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำผ่าน (Catheter Intravenous) วันที่ทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterile) และวันหมดอายุซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันที่ทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterile)


### เงื่อนไขพิเศษ


๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่ากับใบเสนอราคาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่แนบมาจะไม่รับพิจารณา

๒. หลังส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าพบว่าการชำรุดเกิน ๕ % สามารถยกเลิกหรือส่งคืนสินค้าได้

๓. หากสินค้าชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุการใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๔. ต้องผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน
๕. ต้องมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศผู้ผลิตหรือมีใบรับรองมาตรฐานสากลหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ (มอก. ,ISO, อย.)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวพนิดา สุทธิประภา)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาว จีระพันธ์ ประทุมอ่อน)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาววิศรา พัดโท)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยา จำนวน ๒ รายการ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงิน (เงินนอกงบประมาณ) ๑,๗๗๑,๙๒๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ เมษายน ๒๕๕๗  
เป็นเงิน ๑,๗๗๑,๙๒๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
  ๑. ไอวีแคททีเตอร์ เบอร์ ๒๒ ราคา ๔๙๒.๒๐/๕๐ ชิ้น
  ๒. ไอวีแคททีเตอร์ เบอร์ ๒๔ ราคา ๔๙๒.๒๐/๕๐ ชิ้น
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ การจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาครั้งล่าสุดของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวพนิดา สุทธิประภา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวจิระพันธ์ ประทุมอ่อน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาววิศรา พัทโท)