



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. เข็ม A.V. Fistula No. ๑๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ อัน

๒. Blood Tubing Line จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด

ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่.....ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่.....พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวัน เวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่.....พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาผลการสอบราคาและประกวดราคา ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬารามณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬารามณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด ระหว่างที่.....ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่.....พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเกรียงไกร โกวิททางกูร)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงิน (เงินนอกงบประมาณ) ๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
 - ๓.๑ เช็ม A.V. Fistula No. ๑๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ อัน ราคากลาง ๑๐ บาท/อัน
 - ๓.๒ Blood Tubing Line จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด ราคากลาง ๘๖ บาท/ชุด
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ การจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาครั้งล่าสุด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางบุษบา วงศ์พิมล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอุษาวดี สุทธิประภา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางนุชนารถ แก้วกันเนตร)

ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Blood Tubing Set with Transducer, IV set

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน: เพื่อเป็นชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นชุดนำเลือดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องไตเทียมทุกรุ่น
2. ใน 1 ชุดประกอบด้วยชุดนำเลือดแดง (Arterial line) 1 สาย และสายนำเลือดดำ (Venous line) 1 สาย
3. ชุดนำเลือดผลิตจากวัสดุ Polypropylene ชนิด Medical Grade มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide หรือรังสีแกมมา บรรจุในช่องพลาสติก Breathable pouch
5. มี วันหมดอายุ และ Lot No. บนซองบรรจุ
6. มีตัวกรองป้องกันเชื้อโรค น้ำหรือเลือดเข้าเครื่อง (Transducer) 1 ตัว และชุดให้สารละลายหรือสารน้ำ (IV set) 1 ชุด ซึ่งรวมอยู่ใน package เดียวกันกับชุดนำเลือด

คุณลักษณะเฉพาะ

สายนำเลือดแดง (Arterial line)

1. สายนำเลือดแดงด้าน (Arterial line) มีปริมาตรโดยรวม 85-110 มล.
2. สายตัวบีบเลือดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ยาว 35-40 ซม.
3. มีสายสำหรับต่อกับ Syringe ที่บรรจุสารป้องกันเลือดแข็งตัว
4. มีสายสำหรับวัดค่าความดันเลือด Arterial ที่ต่อกับเครื่องไตเทียม
5. มี Pillow ที่บริเวณสายก่อนเข้าบีบเลือด เพื่อช่วยในการประเมินการไหลของเลือด
6. มี Chamber ที่สามารถดักอากาศก่อนเข้าสู่ตัวกรอง สามารถปรับระดับเลือดใน Chamber ได้
7. ภายในสายมี Clamp สำหรับเปิด-ปิด สายนำเลือด

สายนำเลือดดำ (Venous line)

1. สายนำเลือดดำ (Venous line) มีปริมาตรโดยรวม 65-80 มล.
2. สายเลือดดำมีกระเปาะดักอากาศ (Chamber) มีตัวกรอง (Filter) อยู่ภายในป้องกันลิ่มเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ผ่านเข้าสู่เส้นเลือดของผู้ป่วย
3. Chamber ใช้ดักอากาศ มี Filter
4. มีสายสำหรับวัดค่าความดันเลือดด้าน Venous ที่ต่อกับเครื่องไตเทียม
5. ภายในสายมี Clamp สำหรับเปิด-ปิด สายนำเลือด
6. มีที่สำหรับฉีดยาเข้าสู่วงจรสายนำเลือด

เงื่อนไขเฉพาะ


1. ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Blood Tubing Set with Transducer, IV set ต้องผ่านการทดสอบจากผู้ใช้
2. ชุดเข็มพร้อมสายเพื่อแทงเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม AVF (Arterial Venous Fistula) Needle Set for Hemodialysis ต้องผ่านการทดสอบจากผู้ใช้


**ชุดเข็มพร้อมสายเพื่อแทงเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
AVF (Arterial Venous Fistula) Needle Set for Hemodialysis**


วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : เป็นชุดเข็มพร้อมสายเพื่อแทงเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คุณลักษณะทั่วไป

1. ใน 1 ชุดประกอบด้วยตัวเข็ม ,Rotating hub color code marks and wing (มีปีกสำหรับจับและสามารถหมุนได้), มี clamp สำหรับปิด-เปิดทางเดินของเลือด และสายนำเลือดที่มีความยาว 30 ซม.
2. ชุดแทงเส้นเลือดที่ตัวสายทำจาก PVC (Polyvinyl Chloride) มีความยืดหยุ่นไม่หักงอ
3. ตัวเข็มมีความคม เคลือบด้วยsilicone และเป็นแบบ Back-eye design ทำให้ง่ายต่อการแทงเส้นเลือด
4. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide หรือ รังสีแกมมา
5. มีวันที่ผลิต วันหมดอายุ และ Lot No. บนซองบรรจุ
6. มีใบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางบุษบา วงศ์พิมล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอุษาวดี สุทธิประภา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางนุชนารถ แก้วกันเนตร)