



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐x๑๐๐ มม. จำนวนประมาณ ๒๔ ชิ้น
๒. ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐x๑๒๐ มม. จำนวนประมาณ ๔๘ ชิ้น
โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ราคามาตรฐานในการจัดซื้อในการ
สอบราคาครั้งนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) ดังนี้

- ๓.๑ ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐x๑๐๐ มม. ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท / ชิ้น
๓.๒ ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐x๑๒๐ มม. ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท / ชิ้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพอายัพที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


๕.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญากับจังหวัดต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๓ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และ
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์ ชั้น ๖ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๓ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.reh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ - ๕ ต่อ ๒๑๕๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายเกรียงไกร โกวิททางกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณลักษณะเฉพาะท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ

ขนาด ๑๐ x ๑๐๐ มม. และ ขนาด ๑๐ x ๑๒๐ มม.

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความต้องการ ท่อระบายน้ำดี ชนิดโลหะ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ ใช้ขยายท่อทางเดินน้ำดีที่ตีบตันจากเนื้องอก เพื่อให้สามารถระบายน้ำดีสู่ระบบทางเดินอาหารได้

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ใช้ขยายท่อทางเดินน้ำดี มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๑. Stent

๑.๑ ทำจากวัสดุผสม Biomedical superalloy หรือ Nitinol โดยมีรูปแบบให้เลือก ๓ ชนิด คือ

๑.๑.๑ ชนิดเส้นลวดสานกันเป็นตาข่ายช่องเล็กๆแบบอิสระต่อกัน ขนาดช่องว่างเป็นชนิด Large cell d type (LCD) เท่ากันตลอดความยาวของตัว Stent เพื่อความสะดวกในการใส่ Stent เส้นที่สองและเส้นที่สามได้ ในตำแหน่งใดก็ได้ของ Stent ตัวแรก และสามารถทำการ reintervention ได้อย่างสะดวก

๑.๑.๒ ชนิดเส้นลวดสานกันเป็นตาข่ายช่องเล็กๆ รูปตัว D (D type) ช่องตาข่ายแยกอิสระต่อกัน

๑.๑.๓ ชนิดเส้นลวดสานกันเป็นตาข่ายรูปตัว S (S type) ช่องตาข่ายติดกันตลอดความยาวตัว Stent

๑.๒ แกนกลางของเส้นลวด มีความทึบรังสีสูง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent

๑.๒.๑ Stent มีชนิดที่ไม่มีวัสดุปกคลุม (Non Covered) และชนิดที่มีวัสดุปกคลุมตลอดความยาวตัว Stent หรือปกคลุมบางส่วน

๑.๒.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาวขนาดต่างๆให้เลือกไม่น้อยกว่า ๘ ขนาด ตั้งแต่ ๔๐ - ๑๒๐ มิลลิเมตร

๑.๒.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเกาหลีใต้ ยุโรป หรืออเมริกา โดยต้องมีหนังสืออนุมัตินำเข้าจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๑.๒.๔ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับ GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นอย่างน้อย มีหนังสือหลักฐานแสดง

๒. Delivery System

๒.๑ ขนาด Catheter ไม่มากกว่า ๘.๕ เฟรนช์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร สามารถใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว ได้

๒.๒ มีขีดทึบรังสีที่ Delivery Catheter โดยบ่งบอกตำแหน่งของ Stent บริเวณหัว กลาง ห้าย ขณะที่ยังไม่ได้ถูกกาง

๒.๓ มีแกนลือกระบบการปล่อยรูปตัว Y พร้อมปุ่มลือคชนิดหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา เพื่อความปลอดภัยในระหว่างหาตำแหน่งการวาง Stent

๒.๔ มีระบบการใส่สายลวดตัวนำ แบบผ่านตลอด Delivery Systems และแบบผ่านบางส่วนของ Delivery Systems (Short Wire System)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนกร คลังแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาสกร โสดารัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทองใส คงวัน)

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันตรวจรับ
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. บรรจุในซองที่ปราศเชื้อ
๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนากร คลังแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาสกร โสดารัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทองใส คงวัน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

๑. ชื่อโครงการ การสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ
ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐ x ๑๐๐ มม. จำนวนประมาณ ๒๔ ชิ้น
ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐ x ๑๒๐ มม. จำนวนประมาณ ๔๘ ชิ้น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินที่ได้รับจัดสรร (เงินนอกงบประมาณ) ๑,๕๑๒,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑,๕๑๒,๐๐๐.- บาท


ราคาต่อหน่วย

ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐ x ๑๐๐ มม. ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท / ชิ้น


ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ ขนาด ๑๐ x ๑๒๐ มม. ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท / ชิ้น

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง ราคาเดิมที่เคยจัดซื้อได้


๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ

(นายชนกร คลังแสง)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นายภาสกร โสดารัตน์)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นางทองใส คงวัน)