

คุณลักษณะเฉพาะ
เทปทดสอบทางเคมีฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ¾ นิ้ว
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณลักษณะทั่วไป

เทปการที่มีการพิมพ์หมึกเคมีสีขาวนวลเป็นแนวทแยงมุมกับตัวเทป เพื่อใช้ในการปิดผนึกหีบ
ห่อและ บ่งบอกว่าหีบห่อใดได้ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ

ลักษณะเฉพาะ

๑. เนื้อเทปการเคมีทำจาก crepe paper ซึ่งมีความยืดหยุ่นที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เทปหลุดออกได้ง่าย
ในระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ
๒. เนื้อเทปการเคมีมีความหนา ๐.๐๐๕ นิ้ว ขนาดความกว้างของเทป ๐.๗๕ ± ๐.๐๕ นิ้ว ยาว
๖๐ หลา (๕๔ เมตร)
๓. บนเนื้อเทปมีการพิมพ์ด้วยหมึกเคมีสีขาวนวลในแนวทแยงมุมแบบขาดตอนเป็นระยะ (broken
diagonal pattern)
๔. หมึกพิมพ์เคมีจะเปลี่ยนสีจาก ขาวนวล เป็นสีน้ำตาลเข้ม/สีดำเมื่อผ่านการสัมผัสกับไอน้ำที่เป็น
ตัวการทำให้ปราศจากเชื้อ ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว
๕. เนื้อเทปเคลือบด้วยกาวแบบ pressure sensitive adhesive ซึ่งช่วยในการยึดติดของเทปบนห่อ
วัสดุอุปกรณ์ได้หลายประเภท เช่น ผ้า, กระดาษเกรดทางการแพทย์, วัสดุสังเคราะห์ (non-
woven), ซองพลาสติก/กระดาษ และ ซองพลาสติก/ไทเวค เป็นต้น โดยเทปไม่ลอกหลุดออก
ได้ง่ายในระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ
๖. สามารถลอกเทปออกจากห่อวัสดุอุปกรณ์ได้ง่าย และไม่ทิ้งคราบกาวบนห่อวัสดุอุปกรณ์ ยกเว้น
บนผ้าผสมโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติของผ้าด้วยสารเคมีประเภทฟลูออโร
คาร์บอน อาจมีคราบกาวหลงเหลืออยู่เล็กน้อย
๗. ตัวตรวจสอบทางเคมีที่ผลิตเข้าได้กับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล เรื่องตัวชี้วัดทางเคมี
ANSI/AAMI/ISO ๑๑๑๔๐-๑ :๒๐๐๕ ในระดับ ๑ process indicator

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกิตติโชติ หิรัญมิตรนาคร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอำไพพันธ์ หอมไกร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุกิตา สุวรรณพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจิตรกัญญา พรหมหนองแสน)

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
๒. ผู้เสนอราคาต้องนำหลักฐานการขายในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลศูนย์ ไม่ต่ำกว่า ๕ โรงพยาบาลมาแสดง
๓. ต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย
๕. หากมีการชำรุด แตกหัก หรือไม่เหมาะสมสำหรับใช้งาน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนคืนได้ โดยผู้เสนอราคาไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับทางโรงพยาบาล

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกิตติโชติ หิรัญมิตรนาคร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอำไพพันธ์ หอมไกร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุภิดา สุวรรณพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจิตร์กัญญา พรหมหนองแสน)

