

คุณลักษณะเฉพาะ ไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย (Nylon ๑๐/๐)  
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณสมบัติทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว (Monofilament) ทำจาก Polyamide ๖.๐

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีความลื่นขณะเย็บผ่านชั้นเนื้อเยื่อต่างๆ และลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อขณะที่อยู่ในร่างกาย
๒. เมื่อผูกปมเส้นไหมจะมีความแข็งแรงไม่ลื่นหลุดง่าย
๓. ความยาวเส้นไหมไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.
๔. เข็มที่ติดไหมเย็บแผลมีขนาด ๒๔ มม. ลักษณะเป็นเข็มเหลี่ยม ปลายเข็มเป็นแบบ cutting

การบรรจุหีบห่อ

๑. บรรจุ ๑ ซองต่อ ๑ เส้น ในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อ ๒ ชั้น ชั้นนอกด้านหน้าทำจากพลาสติกใส เพื่อสะดวกแก่การมองเห็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
๒. ห่อของดังกล่าวในข้อ ๑ ถูกบรรจุในกล่องที่ห่อหุ้มอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้าได้
๓. คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ EP หรือ EU
๔. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดย เอทิลีน ออกไซด์ หรือ รังสีแกมมา
๕. บรรจุภัณฑ์ระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ ชนิด ขนาด ความยาว บนซองและบนกล่องชัดเจน

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญา หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหา โดยมีการยืนยันจากคณะทำงานประเมินผลการใช้เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล และจะไม่นำมาพิจารณาอีกต่อไป
๓. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. หากสินค้าชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายถาวร รัชชีจารัส) (นางสาวสุอัมภา ต้วงสังข์) (นางพิสมัย สัตนาโค)