

คุณลักษณะเฉพาะ
นํ้ายาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความต้องการ

ใช้เป็นนํ้ายาแช่ขจัดคราบสิ่งสกปรก สารคัดหลั่งต่าง ๆ รวมทั้ง Biofilm ให้หลุดออกจากเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ก่อนขั้นตอนการทำให้ปราศจากเชื้อ

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. มีคุณสมบัติในการขจัดคราบ ลดแรงตึงผิว สามารถย่อยสลายคราบโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และขจัด Biofilm ได้
๒. มีคุณสมบัติค่าความเป็นกรด - ด่าง เป็นกลาง ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ สามารถใช้กับวัสดุประเภท สแตนเลส ยาง ซิลิโคน แก้ว เซรามิก ไฟเบอร์ออฟติก เหล็ก ไม้ พลาสติกต่างๆ ได้
๓. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable) ไม่เป็นพิษต่อระบบบำบัดน้ำเสีย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ระคายเคือง
๔. นํ้ายาใส ไม่มีฟอง หรือฟองน้อย สามารถใช้ที่อุณหภูมิห้องได้ ไม่ต้องใช้นํ้าอุ่นหรือนํ้าร้อนในการผสม
๕. วัสดุบรรจุภัณฑ์สะดวกในการจัดเก็บ และใช้งาน เช่น ในภาชนะแกลลอนมีหัวบีบกำหนดอัตราส่วน และระบุวันผลิต วันหมดอายุชัดเจน

เงื่อนไขอื่น ๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการประเมินจากผู้ใช้ในโรงพยาบาลว่า ผู้ใช้ไม่มีอาการแพ้ หรือระคายเคือง
๒. ต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐาน หรือขึ้นทะเบียนอนุญาต จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือองค์การอาหารและยา
๓. ในกรณีที่เคมีภัณฑ์ผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดเคมีภัณฑ์ที่เสนอขาย ในกรณีที่เคมีภัณฑ์นำเข้ามาจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเคมีภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเคมีภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
๔. ให้เสนอราคาต่อแกลลอนที่ยังไม่ได้ผสม และราคาต่อลิตรที่ผสมเสร็จแล้ว
๕. สินค้าที่จัดส่งต้องเหลือวันหมดอายุมากกว่า ๒ ปี หากมีการชำรุด/ แตกหัก/ ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนคืนได้ โดยผู้เสนอราคาไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ กับทางโรงพยาบาล
๖. บริษัทผู้ผลิตต้องมีมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และต้องมี SDS (safety data sheet)
๗. ได้รับมาตรฐาน CE mark ซึ่งอยู่ใน Medical class II b

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวัฒน์ ศรีใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุพัฒน์ ศรีธัญรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัศราภรณ์ ศิริษา)

๘. ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญา หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหา โดยมีการยืนยันจากคณะทำงานประเมินผลการใช้เวชภัณฑ์ที่มีโซยาและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล และจะไม่นำมาพิจารณาอีกต่อไป

๙. ต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๐. ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญา หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหา โดยมีการยืนยันจากคณะทำงานประเมินผลการใช้เวชภัณฑ์ที่มีโซยาและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล และจะไม่นำมาพิจารณาอีกต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชินวัฒน์ ศรีใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุพัฒน์ ศรีธัญญรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภัทราภรณ์ ศิริษา)