

คุณลักษณะชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแบบมาตรฐาน
(ชุด Basic Instrument , ชุด Screw , ชุด Plate)
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกหักโดยใช้แผ่นโลหะ และสกรูยึดกระดูกหักให้เข้าที่ โดยใช้
ผ่าตัดบริเวณกระดูกขนาดใหญ่ เช่น ขา หรือต้นแขน

คุณลักษณะเฉพาะ

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. กล่อง Vario Case สำหรับใส่เครื่องมือ สามารถนึ่งอบฆ่าเชื้อโรคได้ จำนวน 1 ชั้น
2. ฝาปิดกล่องใส่เครื่องมือ จำนวน 1 ชั้น
3. ดอกสว่านเจาะกระดูกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 145/120 มิลลิเมตร ปลาย
จับแบบควิกคัลป์ปลิง จำนวน 3 ชั้น
4. ดอกสว่านเจาะกระดูกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 145/120 มิลลิเมตร ปลาย
จับแบบควิกคัลป์ปลิง จำนวน 2 ชั้น
5. เครื่องมือควานกระดูกเพื่อฝังหัวสกรูยึดกระดูกขนาด 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 180 มิลลิเมตร จำนวน
1 ชั้น
6. ด้ามจับรูปตัวทีแบบควิกคัลป์ปลิง ความยาว 80 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชั้น
7. เครื่องมือทำเกลียวสกรูยึดกระดูกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 125/70
มิลลิเมตร จำนวน 2 ชั้น
8. เครื่องมือทำเกลียวสกรูยึดกระดูกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มิลลิเมตร ความยาว 195 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชั้น
9. ปลอกสวมดอกสว่านชนิดสองปลาย สำหรับดอกสว่านขนาด 4.5/3.2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชั้น
10. ปลอกสวมดอกสว่าน ขนาด 4.5/3.2 มิลลิเมตร ความยาว 80 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชั้น
11. ปลอกสวมดอกสว่านชนิดสองปลาย ขนาด 6.5/3.2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชั้น
12. ไชควางขันสกรูยึดกระดูก แบบแยกซากอนอลขนาดใหญ่ ปลายจับแบบควิกคัลป์ปลิง ความยาว 100
มิลลิเมตร จำนวน 1 ชั้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชินวัฒน์ ศรีใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒิชัย จุริมาศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมร ยอดพรม)

13. ไขควงขันสกรูยึดกระดูก แบบแฮกซากอนอลขนาดใหญ่ ชนิดมีด้ามจับ ความยาว 245 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น
14. ปลอกสวมไขควงเพื่อจับหัวสกรูยึดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชิ้น
15. เครื่องมือวัดความลึกของกระดูก สำหรับสกรูขนาด 4.5 ถึง 6.5 มิลลิเมตร สามารถวัดได้ลึกถึง 110 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น
16. ตะขอเกี่ยวเนื้อเยื่อชนิดปลายแหลม ความยาว 155 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
17. เครื่องมือตัดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดสองปลาย โดยมีขนาดร่องไม่เท่ากันคือ 5 และ 7 มิลลิเมตร ใช้ตัดในลักษณะบิดให้เข้ากับสรีระของกระดูกบริเวณที่ต้องการยึดด้วยโลหะตาม ตัวเครื่องมือมีความยาวประมาณ 250 มิลลิเมตร ผลิตจากโลหะปลอดสนิม จำนวน 2 ชิ้น
18. ตัวนำเจาะดอกสว่านแบบดีซีพีโพลดและนิวทรัล ชนิดสองปลายขนาด 4.5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
19. ตัวนำเจาะดอกสว่านแบบยูนิเวอเซลล์ชนิดสองปลาย ขนาด 4.5/3.2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
20. แผ่นโลหะสำหรับวางทาบวัดกระดูก แบบเอลซี-ดีซีพี ขนาด 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 210 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
21. กล่อง Vario Case สำหรับใส่สกรูยึดกระดูก ชนิดสามารถนึ่งอบฆ่าเชื้อได้พร้อมฝาปิด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชินวัฒน์ ศรีใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุดมชัย ตรีมาศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมร ยอดพรม)