



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กลับภาพสำหรับต่อกล้องผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กลับภาพสำหรับต่อกล้องผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยใช้เงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ - ๕ ต่อ ๗๖๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงไกร โกวิทางกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์กลับภาพสำหรับต่อกล้องผ่าตัด
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดอุปกรณ์กลับภาพที่ต่อกับกล้องผ่าตัดตา สำหรับช่วยกลับภาพที่มองเห็นในกล้องผ่าตัดให้เสมือนจริง ระหว่างทำการผ่าตัดจอประสาทตา

๒. รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ต่อกับกล้องผ่าตัดตาสำหรับช่วยกลับภาพที่มองเห็นในกล้องผ่าตัดให้เสมือนจริงระหว่างทำการผ่าตัดจอประสาทตา และมีด้ามจับสำหรับวางเลนส์แนบติดกับตัว BIOM ๕C โดยไม่ต้องวางเลนส์บนกระจกตา เพื่อลดการระคายเคือง, การถลอกของตา และการติดเชื้อในระหว่างการผ่าตัด

๓. รายละเอียดทางเทคนิค

- ๓.๑ ชุดอุปกรณ์กลับภาพ (SDI ๔C) สำหรับต่อกับกล้องผ่าตัดเพื่อช่วยกลับภาพให้เสมือนจริงขณะทำการผ่าตัดจอประสาทตา ซึ่งสามารถควบคุมการกลับภาพได้ด้วยสวิตช์มือและสวิตช์เท้าด้วยไฟฟ้า
- ๓.๒ ชุดอุปกรณ์แนบต่อกับกล้องผ่าตัด (BIOM ๕C) เพื่อไม่ต้องวางเลนส์บนกระจกตา เพื่อลดการระคายเคืองและการติดเชื้อขณะทำการผ่าตัด สามารถปรับความคมชัด (Focus) ได้ด้วยสวิตช์มือและเท้าด้วยไฟฟ้า
- ๓.๓ มีเลนส์สำหรับวางบนชุดแว่นชนิด ๙๐D ซึ่งสามารถดูมมองได้ประมาณ ๙๐ องศา
- ๓.๔ มีเลนส์ชนิด Wide Angle มองภาพได้ในแนวกว้างประมาณ ๑๑๐ องศา
- ๓.๕ สามารถเลือกต่อกับกล้องผ่าตัดได้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ๓.๕.๑ LEICA M๘๒๐/M๘๔๑/M๘๔๔
 - ๓.๕.๒ MOLLER OPHTHTAMIC ๙๐๐
 - ๓.๕.๓ TOPCON OMS ๖๐๐
 - ๓.๕.๔ ZEISS OPMI MDO, RETROLUX CS, OPMI LUMERA T

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน มีดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--------|
| ๔.๑ SDI ๔C | ๑ Set. |
| ๔.๒ BIOM ๕C | ๑ Set |
| ๔.๓ Adapter สำหรับต่อเข้ากับกล้องผ่าตัด | ๑ Set |
| ๔.๔ Reduction lens for BIOM ๕, f= ๑๗๕mm | ๑ EA. |
| ๔.๕ ๙๐ D-Loupe for BIOM ๕C | ๑ EA. |
| ๔.๖ Footswitch | ๑ EA. |

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ มีคู่มือประกอบการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ๑ ชุด

๕.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

๕.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือ ไทย

๕.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิรุณ ว่องไวทยกรกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุกิจ นิมมลวัฒนา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางพิสมัย สัตนาโค)