



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๓๖๓๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๔๓๕๕

วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจัดด้วยก๊าซอาร์กอน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๕๘๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ เครื่อง ในราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๖๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจัดด้วยก๊าซอาร์กอน ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) พันเอก..... (ศิวพล บุญรินทร์) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายไพบุลย์ เพ็ญสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางสาวพนิดา บุญสุข)

พันเอก (ศิวพล บุญรินทร์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

พันเอก (ศิวพล บุญรินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องฉีดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ ชุด
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท นิว ไสฟ์เมต จำกัด
 ๒. บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จำกัด
 ๓. บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๑. พันเอกศิวพล บุญรินทร์	ประธานกรรมการ
๒. นายไพบุลย์ เพ็ญสุวรรณ	กรรมการ
๓. นางสาวพนิดา บุญสุข	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องจี้ด้วยก๊าซอาร์กอน
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๕๖๐


๑. ความต้องการ เป็นเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอน โดยทำงานร่วมกับเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อทำการห้ามเลือดแบบ Argon Plasma Coagulation
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑ สามารถทำการจ่ายก๊าซอาร์กอนได้ทั้งการจี้และตัดด้วยไฟฟ้า
 - ๓.๒ มีอุปกรณ์ครบตามรายละเอียด พร้อมรถเข็นวางอุปกรณ์
 - ๓.๓ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ การจ่ายก๊าซเป็นไปตามลักษณะของอุปกรณ์ที่นำมาต่อ
 - ๔.๒ สามารถจ่ายก๊าซได้ตั้งแต่ ๐.๑-๘.๐ ลิตรต่อนาที
 - ๔.๓ ควบคุมการทำงานได้จากด้ามจับ (Finger Switch) และ Footswitch ตามแต่อุปกรณ์
 - ๔.๔ สามารถปรับเลือก การจี้ห้ามเลือดแบบ Argon Plasma Coagulation ได้อย่างน้อย ๓ แบบ ดังนี้
 - ๔.๔.๑ Forced APC
 - ๔.๔.๒ Précised APC
 - ๔.๔.๓ Pulsed APC
 - ๔.๕ สามารถทำการตัด ร่วมกับการห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน
 - ๔.๖ มีโหมด Twin Coag Argon
 - ๔.๗ สามารถทำการใช้งานได้ ใน Surgery , Gynae , Gastroenterology , Bronchoscopy และ ENT
๕. อุปกรณ์ประกอบการทำงาน

๕.๑ สายจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน (Straight)	จำนวน ๑ เส้น
๕.๒ สายจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน (Circumferential)	จำนวน ๑ เส้น
๕.๓ ชุดควบคุมแรงดัน พร้อม Sensor	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔ ถังก๊าซอาร์กอน	จำนวน ๑ ถัง
๖. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๖.๑ มีคู่มือการดูแลรักษา และการใช้งานภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ มีช่างผ่านการอบรมการตรวจซ่อม
 - ๖.๓ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 - ๖.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือ ไทย
 - ๖.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พันเอก.....  ประธานกรรมการ
(ศิวพล บุญรินทร์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายไพบุลย์ เพ็ญสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวพนิดา บุญสุข)