

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
การจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล  
(Digital Radiography Mobile X-Ray)  
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

**๑. ความต้องการ** จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-Ray) โดยมีจำนวนการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Digital Radiography Mobile X-Ray) ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม.

**๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน**

เนื่องด้วยกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ขณะที่ภาระงานของกลุ่มงานรังสีวิทยาเพิ่มมากขึ้นทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของกลุ่มงานรังสีวิทยาในสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มงานรังสีวิทยา จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-Ray) เพื่อให้บริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

**๓. รูปแบบและเงื่อนไขเฉพาะของการจ้างบริการ**

ข้อกำหนดในการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลในโรงพยาบาล

๓.๑ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-Ray) ของผู้รับจ้างที่ใช้ให้บริการในโรงพยาบาล ต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้มอบหมายให้ทำการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด พร้อมทั้งแสดงใบรายงานผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไว้ในที่ซึ่งคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบได้

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลอย่างน้อย ๑ เครื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมงและห้องฉุกเฉินในเวลา ๐.๐๐ – ๕.๐๐ น. ของทุกวันและต้องทำการเอกซเรย์ได้ทุกส่วนของร่างกาย

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-Ray) และ Detector ที่จะใช้บริการในโรงพยาบาล ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ โดยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่โรงพยาบาลกำหนด

๓.๔ ผู้รับจ้างต้องให้บริการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลผู้ป่วยตามหอผู้ป่วย โดยนัดรังสีการแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาธุรกิจพัฒนาธุรกิจการศึกษาและดับปริญญาตราชวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจพัฒนา หรือเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยร่วมกับพนักงานผู้ช่วยเอกซเรย์ วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น และต้องไม่ใช้แรงงานต่างด้าว โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

๓.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ทุกคนและมีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค เช่น โรคไวรัสสตับอักเสบบี, หัดเยื่อรัมน์, โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โควิด ๑๙ พร้อมทั้งส่งผลการดำเนินการต่อผู้ว่าจ้างทุกปีตามสัญญาว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากพบหรือสงสัยว่าเป็นโรคดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็วตามที่คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางพิมพิกา เนตรธวักุล) (นายภูริวัฒน์ ภูมิเศษ) (นายธีระเดช วรรณย์)

๓.๖ ในกรณีเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลมาทดแทนภายใน ๒๕ ชั่วโมง

๓.๗ ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะ (Upgrade) ด้านต่าง ๆ (Hardware & Software) ของเครื่องให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีของโรงพยาบาลในขณะนี้ ตลอดระยะเวลาที่ทำสัญญารับจ้างบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและทางราชการ

๓.๘ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วย อันเกิดจากอุบัติเหตุ , จากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เต็มจำนวนไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการจังใจ ความประมาท เลินเล่อหรือไม่ก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เสียหาย ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะดำเนินการฟ้องร้องกับผู้รับจ้าง ในความเสียหายที่เกิดต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ในทางแพ่ง หรือทางอาญาได้อีก หากผู้เสียหายเห็นว่าการชดใช้ค่าเสียหายที่ได้รับนั้นไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย

๓.๙ ในกรณีที่เป็นการเอกซเรย์ทั่วไป ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งภาพเอกซเรย์เข้าระบบ PACS ของโรงพยาบาลภายใน ๑ ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่หอผู้ป่วยได้แจ้งขอตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่มายังแผนกรังสีวิทยา สำหรับกรณีผู้ป่วยเร่งด่วนซึ่งหอผู้ป่วยได้แจ้งไว้เป็น ”กรณีเร่งด่วน” ต้องทำการเอกซเรย์พร้อมส่งภาพเข้าระบบ PACS ของโรงพยาบาล ภายใน ๒๐ นาที หลังจากที่ได้รับแจ้ง ส่วนกรณีเร่งด่วนจากห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินต้องทำการเอกซเรย์พร้อมส่งภาพเข้าระบบ PACS ภายใน ๑๐ นาที หลังจากที่ได้รับแจ้ง (เวลาที่กำหนดไว้ ให้ยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุหนัก, อุบัติภัย, ภัยจากรัฐมนตรีที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและการโทรขอจอดล่วงหน้า)

๓.๑๐ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเอกซเรย์เคลื่อนที่เพื่อชันสูตรพลิกศพของงานนิติเวชวิทยา เนพาะในหอผู้ป่วยห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรือบิเวณอาคารเก็บศพภายในโรงพยาบาลเท่านั้น

๓.๑๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลหรืออุปกรณ์เอกซเรย์เสื่อมสภาพ ไม่ปลอดภัย ต้องทำการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้าง โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ วัน หากพบว่ายังไม่มีการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถออกเลิกสัญญาได้โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่มีหรือพึงมีต่อผู้ว่าจ้างทุกกรณี

๓.๑๒ วิธีเรียกเก็บเงินผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมจำนวนพร้อมรายชื่อผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย ๑) ใบลงทะเบียนรายการเอกซเรย์ ๒) ใน Request X-RAY ๓) สมุดบันทึกรายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดของแต่ละเวรพร้อมรายการที่เอกซเรย์ ให้ผู้ว่าจ้างทุกวันก่อน ๐๙.๐๐ น.(หัวหน้างานรังสีวิทยาหรือผู้ได้รับมอบหมาย) เพื่อทำการตรวจสอบ และเป็นหลักฐานการชำระเงินตามจำนวนภาพเอกซเรย์ทั้งหมดของแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ เพื่อทำการเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบริการให้กับผู้รับจ้างต่อไป โดยเป็นการเช่าแบบมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี และผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินค่าจ้างเป็นรายงวด ตามเดือนปฎิทินจนครบ ๑๒ งวดหรือจนกว่าอุดชำระเงินจะครบ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑๓ การเรียกเก็บเงินจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ให้คิดเงินค่าจ้างตามจำนวนภาพเอกซเรย์โดยคิดราคา ๑๑๔ บาทต่อภาพทุกสิทธิ์การรักษา และภาพเอกซเรย์ที่เรียกเก็บเงินจ้างเหมาบริการได้ต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่รังสีแพทย์สามารถใช้วินิจฉัยโรคได้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคิดจำนวนภาพตามจำนวน Position จริง ยกเว้นกรณีการเอกซเรย์ Extremities ทั้งหมด ให้คิดราคา Position AP , Lateral , Oblique, Mortise , Axial รวมเป็น ๑ ภาพเท่านั้น (Extremities หมายถึง Finger , Hand , Wrist , Forearm , Elbow , Humerus , Foot , Calcaneus , Ankle , Leg , Knee , Femur)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ).....  
(นางพิมพิภา เนตรธุกุล) (นายภรรัตน์ ภูมิเศษ) (นายธีระเดช วรวงศ์)

๓.๑๔ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนและตารางการซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลซึ่งต้องซ่อมบำรุงอย่างน้อยทุก ๓ เดือน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องพร้อมในรับรองจากบริษัทฯ และต้องแจ้งผลการตรวจซ่อมให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง

๓.๑๕ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างทุกเดือนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางรังสีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องมีขั้นตอนการเอกซเรย์ต่อไปนี้

๓.๑๕.๑ ก่อนทำการเอกซเรย์ต้องแจ้งเตือนการเอกซเรย์ให้เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบทุกครั้งด้วยเสียงดังชัดเจน

๓.๑๕.๒ ต้องจำกัดบริเวณลำแสงเอกซเรย์ให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพส่วนน้ำนมและในกรณีเด็กทารกและสตรีมีครรภ์/ส่งสัญญาณไม่มีครรภ์ ต้องมีการ Shielding ตามหลักวิชาการทุกราย

๓.๑๕.๓ ติดสัญญาณไฟกระพริบสีแดงที่เครื่องเอกซเรย์ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนและต้องเปิดสัญญาณไฟก่อนเอกซเรย์ทุกครั้ง

๓.๑๕.๔ หากมีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเตียงหรืออุปกรณ์อื่นใดต้องจัดตำแหน่งให้อยู่ในลักษณะเดิมทุกครั้ง

๓.๑๖ ผู้รับจ้างต้องทำการควบคุมให้พนักงานของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มี紀律ธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง รวมทั้งให้มีการปกป้องสิทธิของผู้ป่วยและรักษาความลับของผู้ป่วย ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข

๓.๑๗ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายประจำตัวระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง บริษัทฯ และรูปถ่าย ให้พนักงานติดประจำตัว สามารถเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งให้พนักงานของบริษัทฯ (ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบหลักสี ไม่ใส่กางเกงยีนส์ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แหวนตาสีดำ) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และสวมรองเท้าหุ้มส้นขณะที่ปฏิบัติงานภายใต้โรงพยาบาล

๓.๑๘ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องป้องกันอันตรายจากรังสี เช่น เสื้ออะก้าว์ Thyroid shield, Gonad shield ให้เพียงพอเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบเครื่องป้องกันอันตรายจากรังสีที่ใช้ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบทุก ๖ เดือน

๓.๑๙ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ที่ปฎิบัติได้โดยติดไว้ภายในเสื้อตัวกับบริเวณเอวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสีพร้อมทั้งต้องจัดทำรายงานผลการวัดปริมาณรังสีที่พนักงานบริษัทฯ ได้รับแก่คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุก ๓ เดือน

๓.๒๐ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังสายการบังคับบัญชาติดแสดงบริเวณหน้าที่ทำการของบริษัทฯ ภายใต้โรงพยาบาลพร้อมทั้งติดรูปถ่ายผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยใช้บุคคลที่ไม่ได้รับการอบรมทั้งหมดเป็นปัจจุบัน จัดทำตารางการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ ส่งให้คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนทุกเดือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในเดือนต่อไปและผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการของผู้ว่าจ้างรับทราบทุกครั้งที่มีการย้ายเข้า-ออกของพนักงานบริษัทฯ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการโดยให้จัดทำเป็นหนังสือชี้แจง

๓.๒๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านคุณภาพของงานบริการอย่างน้อย ๕ ตัวต่อไปนี้

๓.๒๑.๑ ระยะเวลาการรอคอยในการเอกซเรย์

๓.๒๑.๒ ความพึงพอใจของลูกค้าที่รับบริการ (พยาบาลประจำหอผู้ป่วย และผู้ป่วย)

(ลงชื่อ).....ประisanกรรມการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....ก.ส.  
(นางพิมพิกา เนตรธุกุล) (นายภูริวัฒน์ ภูมิเศษ) (นายธีระเดช วรรณยุทธ์)

- ๓.๒๑.๓ ความถูกต้อง แม่นยำในการระบุตัวผู้ป่วย ระบุข้างซ้าย-ขวา และส่วนในการตรวจ
- ๓.๒๑.๔ คุณภาพของภาพรังสีที่ได้ต้องได้รับการยอมรับจากรังสีแพทย์ของโรงพยาบาล
- ๓.๒๑.๕ ผู้รับข้างจะต้องให้แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์ที่เกี่ยวข้องดูภาพเอกซเรย์ที่ได้ทันที เมื่อมีการขอดูภาพขณะนั้น
- ๓.๒๑.๖ อัตราการถ่ายเอกสารซ้ำ พร้อมทั้งรายงานสาเหตุและการแก้ไข การถ่ายเอกสารซ้ำให้ผู้ว่าจังหาราบทุกเที่ยวน
- ๓.๒๑.๗ ค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่ใช้อ้างอิงของ IAEA หรือตามมาตรฐานที่กลุ่มงานรังสีวิทยากำหนด
- ๓.๒๒ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโดยสำนักงานใหญ่องบริษัทฯตามระบบของผู้รับจ้าง
- ๓.๒๓ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับโทรศัพท์ในการแจ้งขอตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่และลงทะเบียนเอง โดยต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการรับแจ้งเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- ๓.๒๔ หากพบข้อร้องเรียนอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างต้องรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าจังโดยเร็วและสรุปผลการแก้ไขปัญหาภายใน ๓ วัน หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่ามีผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียซึ่งเสียงของโรงพยาบาล ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญา กับผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
- ๓.๒๕ ผู้รับจ้างต้องจัดตารางเวลาที่แนกเอกซเรย์และต้องปฏิบัติงานให้ตรงเวลา
- ๓.๒๖ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ เช่น ชุดคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์(Printer), โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สำนักงานมาเอง (ยกเว้นกระดาษ)
- ๓.๒๗ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบรากการและข้อกำหนดของ โรงพยาบาลหรือกลุ่มงานรังสีวิทยา เช่น ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามดื่มสุรา, ห้ามเล่นการพนัน, ไม่еспesar เสพติด ฯลฯ
- ๓.๒๘ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการจัดหาที่พักในแผนกให้กับผู้รับจ้างตามความเหมาะสมที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้
- ๓.๒๙ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของการติดเชื้อต่างๆ ต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ๓.๓๐ ผู้ว่าจ้าง ต้องดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น ชุด PPE, หน้ากากอนามัย ตามหลักมาตรฐานสากล ในกรณีที่ต้องให้บริการผู้ป่วยในโรคติดต่อร้ายแรง เช่น Covid-๑๙ และโรคบาดร้ายแรง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
- ๓.๓๑ ผู้รับจ้าง ต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-Ray) ตามหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐบาลขนาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไปไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง โดยมีสำเนาสัญญามาแสดงในวันยื่นของ
- ๓.๓๒ ผู้รับจ้าง ต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-Ray) ตามหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐบาลขนาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไปไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีสำเนาสัญญามาแสดงในวันยื่นของ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางพิมพิกา เนตรธุกุล) (นายภรริวัฒน์ ภูมิเศษ) (นายธีระเดช วรวงศ์)

๓.๓๓ การติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอล (DR) ต้องกระทำโดยช่างที่ผ่านการอบรมและควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทตัวแทนจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองการติดตั้งและบริการหลังการขายจากบริษัทตัวแทนจำหน่าย

๓.๓๔ ข้อกำหนดอื่นใดที่นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ผู้รับจ้างบริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างและให้ถือคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดรับภาพชนิดไร้สายระบบดิจิตอล

##### ๔.๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลสำหรับบริการถ่ายภาพรังสีทุกส่วนของร่างกายด้วยคุณภาพสูงแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไปและหอผู้ป่วยวิกฤต โดยมีชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (DR DETECTOR) สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก ใช้ได้กับกระแสงไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ พร้อมชุดแสดงผลที่สามารถแสดงภาพเอกซเรย์ได้ทันทีและสามารถส่งข้อมูลภาพดิจิตอลเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางรังสี (PACS) ของโรงพยาบาลได้

##### ๔.๒ คุณสมบัติทั่วไป

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่สามารถถ่ายได้ทุกส่วนของร่างกายโดยใช้ Flat Detector ใน การรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Digital Radiography) มีส่วนประกอบดังนี้

๔.๒.๑ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงและชุดควบคุมการถ่ายภาพรังสี (Generator and Controller unit)

๔.๒.๒ หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube) และชุดควบคุมขนาดลำรังสี (Collimator)

๔.๒.๓ ชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์ เป็นภาพทางดิจิตอล (Wireless Portable Detector)

๔.๒.๔ ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมการสร้างภาพ (Console station) และรับส่งภาพเข้าสู่ระบบ PACS

##### ๔.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๓.๑ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล (Digital Radiography)

๔.๓.๑.๑ ชุดแปลงสัญญาณภาพ (Flat Panel Radiography) ทำด้วย TFT/PIN PD และ Scintillator ทำด้วย CsI: TL

๔.๓.๑.๒ พื้นที่รับภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ x ๓๕ CM

๔.๓.๑.๓ มีความละเอียด Pixel ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๖ x ๒,๓๐๔ pixel

๔.๓.๑.๔ มีขนาด Pixel pitch ไม่มากกว่า ๑๕  $\mu\text{m}$

๔.๓.๑.๕ มี Image resolution ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ lp/mm

๔.๓.๑.๖ สามารถเห็นภาพที่ถ่ายได้ภายในเวลา ๕ วินาที และชุดแปลงสัญญาณภาพทางดิจิตอลจะต้องพร้อมที่จะถ่ายเอกซเรย์คนต่อไปในเวลาไม่มากกว่า ๑๐ วินาที

๔.๓.๑.๗ สามารถแปลงสัญญาณเอกซเรย์ให้เป็นสัญญาณภาพดิจิตอล โดยมี Grayscale ไม่น้อยกว่า ๑๖ bits

๔.๓.๑.๘ สามารถใช้งานใน Mode standby ได้ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง หรือสามารถถ่ายภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ภาพ

๔.๓.๑.๙ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเอกซเรย์ได้แบบอัตโนมัติ (Automatic Exposure Detection) โดยไม่ต้องต่อสายสัญญาณเข้ากับเครื่องเอกซเรย์

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางพิมพิกา เนตรธุรกุล) (นายภริวัฒน์ ภูมิเศษ) (นายธีรเดช วรวงศ์)

๔.๓.๑.๑๐ รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณด้วยระบบสายสัญญาณ (Wired) และไร้สาย (Wireless)

๔.๓.๑.๑๑ น้ำหนักโดยรวมของแผ่นดีท็อกเตอร์ ขณะพร้อมใช้งานปกติต้องไม่มากกว่า ๓.๗ กิโลกรัม

๔.๓.๑.๑๒ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นดีท็อกเตอร์ ผลิตจากการบอนไฟเบอร์ หรืออะลูมิเนียมอัลลอย ซึ่งมีน้ำหนักเบาแข็งแรง ทนทานต่อการขูดขีด

๔.๓.๑.๑๓ มีแท่นชาร์ตแบตเตอรี่ชาร์ตได้ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น พร้อมกัน พร้อมแบตเตอรี่จำนวน ๒ แผ่น

๔.๓.๑.๑๔ มีมือจับติดกับแผ่นดีท็อกเตอร์ สามารถพับออกหัวเคลื่อนย้าย และพับลงแนบ กับแผ่นดีท็อกเตอร์เมื่อใช้ถ่ายภาพ

๔.๓.๒ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

๔.๓.๒.๑ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างภาพเอกซเรย์ และประมวลผล ภาพจากชุดแปลงสัญญาณภาพ

๔.๓.๒.๒ สามารถดึงข้อมูลคนไข้จากฐานข้อมูลโรงพยาบาล (HIS) เพื่อช่วยในการ ลงทะเบียน

๔.๓.๒.๓ สามารถแสดงภาพที่ถ่าย และตกแต่งปรับปรุงภาพ รวมทั้งส่งไปจัดเก็บในระบบ จัดเก็บ และกระจายภาพ (PACS) ได้

๔.๓.๒.๔ สามารถแสดงภาษาไทยในส่วนข้อมูลคนไข้ใน Worklist และบริโภณและแสดงภาพ ได้

๔.๓.๒.๕ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลประกอบด้วย

๔.๓.๒.๕.๑ หน่วยประมวลผล (CPU) เป็น Pentium Core i๕ หรือดีกว่า

๔.๓.๒.๕.๒ หน่วยความจำชั่วคราว (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

๔.๓.๒.๕.๓ หน่วยความจำถาวร (Hard disk) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ GB

๔.๓.๒.๖ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ หรือดีกว่า

๔.๓.๒.๗ ซอฟต์แวร์ตกแต่ง ปรับปรุงภาพ และบริหารข้อมูล

๔.๓.๒.๗.๑ มีซอฟต์แวร์ DICOM Print, DICOM Send และ DICOM MWL ,

๔.๓.๒.๗.๒ มีซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ โดยสามารถปรับ Windows width/level, Rotation, Zoom, Pan, Invert, Image enhancement ได้

#### ๕. อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) ๑ เครื่อง

๕.๒ แบตเตอรี่สำหรับดีท็อกเตอร์ ๒ แผ่น

๕.๓ แท่นอัดประจุ (Charger) ๑ เครื่อง

๕.๔ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ๑ เครื่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางพิมพิกา เนตรธุวุกุล) (นายภริวัฒน์ ภูมิเศษ) (นายธีระเดช วรรณย์)

## ๖. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุช้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๖.๗ เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เข้าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศัลไถ เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวนี้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวนี้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๖.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

## ๗. กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องเอกสารเรียกเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ที่พร้อมใช้งานภายในระยะเวลา ๔๐ วัน

## ๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๘.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘.๒ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคารวม

## ๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๙.๑ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางพิมพิกา เนตรรุกุล) (นายภูริวัฒน์ ภูมิเศษ) (นายธีรเดช วรวงศ์)

#### ๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจัง จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาน้ำที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ตามสัญญาโดยจ่ายเป็นงวดๆ จำนวน ๑๒ งวด ตามเดือนปฏิทิน

#### ๑๑. อัตราค่าปรับ


๑๑.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจัง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของงบเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๑.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๑๑.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคากำไร

#### ๑๒. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง (ด้ำมี)

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ด้ำมี) ผู้รับจ้างจะต้องรับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมหรือต้องจัดหาเครื่องเอกสารยศเครื่องเสื่อนที่ระบบดิจิตอลมาทดแทนภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ) ..........ประธานกรรมการ  
(นางพิมพิกา เนตรธุกุล)

(ลงชื่อ) ..........กรรมการ  
(นายภูริวัฒน์ ภูมิเศษ)

(ลงชื่อ) ..........กรรมการ  
(นายธีรเดช วรรณชัย)