



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๔๒๔๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียง Traction ไฟฟ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๙๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียง Traction ไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียง Traction ไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๒) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียง Traction ไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายธวัชชัย อมรมรกต)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวรพล จำรูญวงษ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางอรทัย สิริวัฒนพงษ์)

(นางสาวนันทิศา วรปวีณาแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นายธนากร จิรชวลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๑

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เตียง Traction ไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท โอลีฟอุปการณ์การแพทย์ จำกัด
 ๒. บริษัท แอทฮอลเมต จำกัด
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชภัทร เมติคอล
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายธวัชชัย อมรมรกต	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายวรพล จำรูญวงศ์	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นางอรทัย สิริวัฒนพงษ์	ลงชื่อ.....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก

1. ความต้องการ วัตถุประสงค์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้เป็นเตียงดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 เป็นเตียงออร์โทปิดิกส์แบบ 5 ไก ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไฟฟ้า สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง ,ปรับท่ายกเท้า ,ปรับท่ายกแผ่นหลัง, ปรับท่าศีรษะต่ำเท้าสูง ศีรษะสูงเท้าต่ำ และปรับท่ายกแผ่นหลังและปรับท่ายกเท้าพร้อมกันพร้อมปรับสูง-ต่ำ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสรีระและอิริยาบถของผู้ป่วย
4. คุณสมบัติทั่วไป
 - 4.1 เป็นเตียงออร์โทปิดิกส์แบบ 5 ไก ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไฟฟ้า
 - 4.2 เตียงมีขนาด
 - ความกว้าง 100 cm
 - ความยาว 225 cm
 - ความสูงระหว่าง 49-75 cm
 - 4.3 โครงสร้างและพื้นเตียงทำด้วยเหล็กคุณภาพดี เคลือบสี
 - 4.4 เตียงมีล้อขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ โดยล้อมีระบบกดห้ามล้อแบบอิสระ 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 - 4.5 ตัวเตียงมีมอเตอร์ปรับระดับได้จำนวน 4 มอเตอร์และรีโมทสามารถควบคุมการทำงานของเตียงได้
 - 4.6 เตียงสามารถปรับระดับหลัง ได้ไม่น้อยกว่า 0-75 องศา
 - 4.7 เตียงสามารถปรับระดับขาอง ได้ไม่น้อยกว่า 0-35 องศา
 - 4.8 เตียงสามารถปรับระดับหัวสูงท้ายต่ำได้ไม่น้อยกว่า 0-15 องศา
 - 4.9 เตียงสามารถปรับระดับหัวต่ำท้ายสูงได้ไม่น้อยกว่า 0-15 องศา
 - 4.10 หัวเตียงและท้ายเตียงทำจากพลาสติกขึ้นรูปสามารถถอดออกได้
 - 4.11 ราวข้างเตียงทำจากพลาสติกขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 39 x 97 เซนติเมตร สามารถบกกองศาที่ราวข้างเตียงเมื่อมีการปรับระดับ
5. อุปกรณ์ประกอบ
 - 5.1 ที่นอนฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
 - 5.1.1 ที่นอนมีขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 190 x 7.5 เซนติเมตร
 - 5.1.2 ปลอกหุ้ม ทำจากหนังเทียมอย่างดี มีzipสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้


อ.อริชัย
อ.อภิศ
อ.อภิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- 5.2 เสาไม้ที่ถือทำจากสแตนเลส สามารถปรับสูงต่ำได้
- 5.3 บาร์และเสาสำหรับพยุงผู้ป่วย
- 5.3.1 บาร์ทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแปดเหลี่ยมความยาว 210 ซม. จำนวน 1 คู่
- 5.3.2 เสาทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแปดเหลี่ยมความยาว 150 ซม. จำนวน 4 ต้น
- 5.3.3 คานทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแปดเหลี่ยมความยาว 90 ซม. จำนวน 3 คาน
- 5.3.4 ตัวประกบล็อกด้วยน็อตใช้มือหมุนระหว่างบาร์ คาน และเสาทำจากพลาสติกไม่แตกง่าย
- 5.4 มือจับพยุงตัวผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง จำนวน 1 คู่
- 5.5 ลูกลอกถ่วงน้ำหนักจำนวน 4 ชุด
6. เงื่อนไขเฉพาะ :
- 6.1 สินค้าที่จะส่งมอบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและสาริตมาก่อน
- 6.2 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 2 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบของครบ
- 6.3 เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ผู้ผลิตมีใบรับรองมาตรฐาน ISO9001 ,ISO13485 ,ISO45001 ,ISO14001 ,CE มีระบุ SCOPE HOSPITAL BED ในใบรับรองมาตรฐาน
- 6.4 บริษัทต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศโดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.5 เป็นยี่ห้อที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศพร้อมเอกสารยืนยัน
- 6.6 ผู้เสนอราคาต้องมีใบจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์พร้อมระบุชื่อยี่ห้อสินค้า ตรงกับยี่ห้อที่ได้เสนอราคา
- 6.7 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการ นำเข้า เครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 6.8 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการ ผลิต เครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากสถานประกอบการ ผลิต เครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

แบบรูปเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก






..... าศี
..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

5.1 ที่นอนฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม



5.2 เสาไม้เกลือทำจากสแตนเลส สามารถปรับสูงต่ำได้




.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ