



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๓๓๕๓ วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลสแบบ ๓ โก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๕๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลส ๓ โก จำนวน ๔๕ เตียง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลส ๓ โก จำนวน ๔๕ เตียงๆ ละ ๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๖๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลส ๓ โก ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางบุษบา วงศ์พิมพ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุดาดวง พัฒนสาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจรรุพัทธ์ สุขุมลพิทักษ์)

(นายอุบล รัตนพันธ์)

นายเจริญ นิลสุ

รองผู้อำนวยการสายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลส ๓ ไก่ จำนวน ๔๕ เตียง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑,๕๗๕,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากห้องตลาด
 ๑. บริษัท เอ็น.อี.นอร์ทอีส จำกัด
 ๒. บริษัท พีที เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด
 ๓. บริษัท มอร์เทคโนโลยี จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางบุษบา วงศ์พิมล ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวสุดาดวง พัฒนสาร กรรมการ
 ๓. นางสาวจรรุพัทธ์ สุขุมลพิทักษ์ กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยสามัญ สแตนเลส ๓ โถ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ **๒๕๖๑**

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

๑.คุณลักษณะเฉพาะเตียงเฟรม์เลอร์ ๓ โถ รวสแตนเลส

๑.๑ โครงสร้างหลักทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ปลอดภัย ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๕ ซม.ยาว ๒๑๐ ซม. ความสูงรวมล้อและไม่รวมที่นอนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕/๗๒ ซม. (๙๕ x ๒๑๐ x ๔๕/๗๒)

๑.๒ คานเตียงทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ปลอดภัย พื้นเตียงทำจากแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร พร้อมช่องระบายอากาศตามความเหมาะสม

๑.๓ พนักหัว - ท้ายเตียง ทำจากสแตนเลสกลมแบบโค้งมน ตัวพนักสามารถยกถอดออกจากตัวเตียงได้ โดยง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ ในส่วนมุมของเตียงมีที่เสียบเสาน้ำเกลือทั้ง ๔ มุม

๑.๔ รวกันข้างเตียงเป็นสแตนเลสกลมเกรด ๓๐๔ ยาวตอนเดียวขนานกับตัวเตียง ยาวไม่น้อยกว่า ± ๑๘๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ± ๕๐ ซม. มีจำนวนข้างละ ๙ ซี่ แบบสไลด์ขึ้น-ลง มีกล่องสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดหน้า ๑.๕ มิลลิเมตร ยาว ๘๒ ซม. กว้าง ๗.๕ ซม. ครอบคลุมพวยทางพลาสติกกันกระแทก ๘ ซี่/ราว เมื่อนำราวกันเตียงลง สามารถพับเก็บมิดชิด โดยไม่ยื่นออกมาเกินพื้นเตียง เพื่อช่วยต่อการขึ้น-ลงเตียงผู้ป่วยและสะดวกในการนำรถเข็นเปลนอน มาเทียบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลดล็อครวกันโดยการกดสลักกลางราว โดยระบบปลด ล็อคเป็นระบบสปริง ง่ายต่อการใช้งาน

๑.๕ โถหมุนเตียง สามารถปรับเฟรม์เลอร์ได้ ๓ โถ คือ ปรับระดับศีรษะยกเข้า และปรับความสูงของเตียง โดยระบบเฟืองโลหะ ลื่น แข็งแรง ทนทาน มือจับโถหมุนจากโลหะแข็ง สามารถปรับได้ ๓ ระดับดังนี้

รูปแบบที่ ๑ ปรับระดับเอนหลังไม่น้อยกว่า ๐-๘๕ องศา

รูปแบบที่ ๒ ปรับระดับหัวเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๐-๔๕ องศาให้อยู่ในลักษณะงอขาได้

รูปแบบที่ ๓ สามารถปรับระดับขึ้น - ลง ในแนวตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕-๗๒ เซนติเมตร

พร้อมระบบโซ็ค ๒ ตัว เพื่อช่วยผ่อนแรงในการปรับระดับ ขึ้น-ลง

๑.๖ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หมุนอิสระทั้ง ๔ ล้อ ทำจากพลาสติกแข็ง (PP) โครงล้อทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ชูโครเมียมป้องกันสนิม พร้อมระบบล็อคด้านบนทั้ง ๔ ล้อ ระบบหมุนล้อเป็นระบบแบร์ริงไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น เงียบและเบาช่วยต่อการเคลื่อนย้าย

๑.๗ โต๊ะคร่อมเตียงในตัวยึดติดกับตัวเตียง (Over bed) ๑ ชุด ถัดขึ้นรูปเป็นขึ้นด้วยพลาสติกจากวัสดุ PP (Polyethylene พร้อมเอกสารรับรอง) ง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาดโดยไม่มีรอยต่อตรงตะเข็บข้าง ขนาด กว้าง ๓๖ ซม. ยาว ๙๒ ซม.และหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. มีขาเป็นสแตนเลสกลมยึดติดกับตัวเตียง สามารถพับเก็บตรงปลายเตียงได้หากไม่ต้องการใช้งาน

๑.๘ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม พร้อมแสดงเอกสารการทดสอบ

๑.๙ ส่วนของเบาะเป็นที่นอน ๔ ตอน ทำจากวัสดุฟองน้ำอัด หุ้มด้วยพลาสติก PVC มีช่องไล่ลมและระบายอากาศทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ ซม.ตรงกลางมีรูเล็กๆในลักษณะตาข่ายเพื่อป้องกันเศษฟองน้ำที่เสื่อมสภาพเล็ดลอดออกมา สามารถถอดทำความสะอาดได้ ความหนา ๘ เซนติเมตร

๑.๑๐ มีจุดเสียบเสาน้ำเกลือ ๔ จุด พร้อมเสาน้ำเกลือสแตนเลสปรับระดับได้แบบติดตัวเตียง ๒ ต้น/เตียง

๑.๑๑ มีตะขอสำหรับแขวนถุงปัสสาวะ ชาย-ขวา ด้านละ ๒ จุด

๑.๑๒ มีที่สำหรับมัดมือผู้ป่วย ชาย-ขวา ด้านละ ๒ จุด

๒.เงื่อนไขเฉพาะ

๒.๑ รับประกันสินค้า ๒ ปี หลังจากส่งมอบ หากผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายผู้เสนอราคาจะมีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้ง

๒.๒ มีสติ๊กเกอร์ของบริษัทติดที่ท้ายเตียงโดยมีที่ตั้ง เบอร์โทรติดต่อ หากเกิดกรณีผลิตภัณฑ์ชำรุด ทางบริษัทฯ จะได้มีการซ่อมแซมได้อย่างทันถ่วงทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง

๒.๓ มี Serial number (SN) ติดที่โครงท้ายเตียงของแต่ละเตียงเพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจสอบแหล่งที่มาและวันส่งมอบ

๒.๔ มีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นเวลา ๕ ปี และมีเอกสารรับรองการนำเข้าอะไหล่จากองค์การอาหารและยาหรือ ออย.

๒.๕ ผู้เสนอราคามีเตียงตัวอย่างให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบ และทดลองใช้งานในวันเปิดของ

ราคา จำนวน ๔๕ เตียง ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๕๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางบุษบา วงศ์พิมล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุดาตวง พัฒนสาร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจรรุพัตร์ สุขุมลพิทักษ์)