



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๕๕๖

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียง Traction พร้อมระบบไฟฟ้า ๔ เส้า พร้อมอุปกรณ์ Traction จำนวน ๒ เตียง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียง Traction พร้อมระบบไฟฟ้า ๔ เส้า พร้อมอุปกรณ์ Traction จำนวน ๒ เตียง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียง Traction พร้อมระบบไฟฟ้า ๔ เส้า พร้อมอุปกรณ์ Traction จำนวน ๒ เตียง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๒) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียง Traction พร้อมระบบไฟฟ้า ๔ เส้า พร้อมอุปกรณ์ Traction จำนวน ๒ เตียง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางพรรณณี แสงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรทัย สิริวัฒนพงษ์)



(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว) (นายธนากร จิรขวลาธา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อเพียง Traction พร้อมระบบไฟฟ้า ๔ เส้า พร้อมอุปกรณ์ Traction จำนวน ๒ เครื่อง หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด	
๔. บริษัท โอลีฟอุปกรณ์การแพทย์ จำกัด	
๕. บริษัท แอทออลเมด จำกัด	
๖. ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัชภัทร เมดิคอล	
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๑. นางพรรณณี แสงอินทร์	ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. นางอัญชลี แก้วศรีใส	ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. นางอรทัย สิริวัฒนพงษ์	ลงชื่อ..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก

ยี่ห้อ OLIVE รุ่น GS-858

1. ความต้องการ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้เป็นเตียงดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 เป็นเตียงออร์โทปิดิกส์แบบ 5 ไก ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไฟฟ้า สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง ,ปรับท่ายกเข้า ,ปรับท่ายกแผ่นหลัง ,ปรับท่าศีรษะต่ำเท้าสูง ศีรษะสูงเท้าต่ำ และปรับท่ายกแผ่นหลังและปรับท่ายกเข้าพร้อมกันพร้อมปรับสูง-ต่ำ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสรีระและอิริยาบถของผู้ป่วย
4. คุณสมบัติทั่วไป
 - 4.1 เป็นเตียงออร์โทปิดิกส์แบบ 5 ไก ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไฟฟ้า
 - 4.2 เตียงมีขนาด
 - ความกว้าง 100 cm
 - ความยาว 225 cm
 - ความสูงระหว่าง 49-75 cm
 - 4.3 โครงสร้างและพื้นเตียงทำด้วยเหล็กคุณภาพดี เคลือบสี
 - 4.4 เตียงมีล้อขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ โดยล้อมีระบบกดห้ามล้อแบบอิสระ 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 - 4.5 ตัวเตียงมีมอเตอร์ปรับระดับได้จำนวน 4 มอเตอร์และรีโมทสามารถควบคุมการทำงานของเตียงได้
 - 4.6 เตียงสามารถปรับระดับหลัง ได้ไม่น้อยกว่า 0-75 องศา
 - 4.7 เตียงสามารถปรับระดับขาอง ได้ไม่น้อยกว่า 0-35 องศา
 - 4.8 เตียงสามารถปรับระดับหัวสูงท้ายต่ำได้ไม่น้อยกว่า 0-15 องศา
 - 4.9 เตียงสามารถปรับระดับหัวต่ำท้ายสูงได้ไม่น้อยกว่า 0-15 องศา
 - 4.10 หัวเตียงและท้ายเตียงทำจากพลาสติกขึ้นรูปสามารถถอดออกได้
 - 4.11 ราวข้างเตียงทำจากพลาสติกขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 39 x 97 เซนติเมตร สามารถบกกองเสาที่ราวข้างเตียงเมื่อมีการปรับระดับ
5. อุปกรณ์ประกอบ
 - 5.1 ที่นอนฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
 - 5.1.1 ที่นอนมีขนาดไม่น้อยกว่า 85 x 190 x 7.5 เซนติเมตร

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- 5.1.2 ปลอกหุ้ม ทำจากหนังเทียมอย่างดี มีซิปสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้
- 5.2 เสาไม้เกลือทำจากสแตนเลส สามารถปรับสูงต่ำได้
- 5.3 บาร์และเสาสำหรับพยุงผู้ป่วย
 - 5.3.1 บาร์ทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแปดเหลี่ยมความยาว 210 ซม. จำนวน 1 คู่
 - 5.3.2 เสาทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแปดเหลี่ยมความยาว 150 ซม. จำนวน 4 ต้น
 - 5.3.3 คานทำจากอลูมิเนียมแบบท่อแปดเหลี่ยมความยาว 90 ซม. จำนวน 3 คาน
 - 5.3.4 ตัวประกอบล็อกด้วยน็อตใช้มือหมุนระหว่างบาร์ คาน และเสาทำจากพลาสติกไม่แตกง่าย
- 5.4 มือจับพยุงตัวผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง จำนวน 1 คู่
- 5.5 ลูกกลองวงน้ำหนักจำนวน 4 ชุด


6. เงื่อนไขเฉพาะ :

- 6.1 สินค้าที่จะส่งมอบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานและสาริตมาก่อน
- 6.2 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 2 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบของครบ
- 6.3 เป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ผู้ผลิตมีใบรับรองมาตรฐาน ISO9001 ,ISO13485 ,ISO45001 ,ISO14001 ,CE มีระบุ SCOPE HOSPITAL BED ในใบรับรองมาตรฐาน
- 6.4 บริษัทต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศโดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.5 เป็นยี่ห้อที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศพร้อมเอกสารยืนยัน
- 6.6 ผู้เสนอราคาต้องมีใบจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์พร้อมระบุชื่อยี่ห้อสินค้า ตรงกับยี่ห้อที่ได้เสนอราคา
- 6.7 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการ นำเข้า เครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 6.8 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการ ผลิต เครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากสถานประกอบการ ผลิต เครื่องมือแพทย์โดยมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบรูปเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมืออุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก

ยี่ห้อ OLIVE รุ่น GS-858



.....

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ