



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๗

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๑๕๓๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๑๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการประกวดราคา

(นายธวัชชัย อมรมรกต)

(ลงชื่อ)

กรรมการประกวดราคา

(นายวรพล จำรูญวงศ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการประกวดราคา

(นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว) (นายธนากร จิระชวาลา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ๒. บริษัท เทรดลิงค์ส จำกัด
 ๓. บริษัท ไทกิ เฮลท์แคร์ จำกัด
๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายวิชชัย อมรมรกต ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. นายวรพล จำรูญวงษ์ ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นส่วนเจาะกระดูก ชนิดสามารถเปลี่ยนหัวต่อได้ตามลักษณะงานผ่าตัดที่ต้องการ เช่น ส่วนเจาะกระดูก, เลื่อยตัดกระดูก หรือ คิวานโพรงกระดูก ฯลฯ โดยมีรูผ่านตลอด (Cannulated) ซึ่งช่วยให้การผ่าตัดทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น และสามารถใช้ได้กับการผ่าตัดได้ทุกชนิด




คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ส่วนเจาะกระดูก

- ๑.๑ เป็นส่วนเจาะกระดูก ใช้แบตเตอรี่ เป็นตัวขับเคลื่อน มีคันบังคับชนิด ๒ โกว จำนวน ๒ ชิ้น โดยโกป็นจะเป็นตัวควบคุมการทำงานเดินหน้าหรือถอยหลัง โดยใช้มือเดียวโกป็นตัวล่างควบคุมการทำงานเดินหน้า ตัวบนควบคุมการทำงานถอยหลังและทำงานแบบ Oscillating drilling โดยกด ๒ โกวพร้อม
- ๑.๒ ตัวป็นมีปุ่มกดลือการทำงาน เพื่อความปลอดภัยอยู่บริเวณด้านข้างของโกป็น โดย
 - ๑.๒.๑ กดเลื่อนปุ่มรูปดอกสว่าน ให้ความเร็วรอบ ๐-๑,๓๕๐ รอบต่อนาที
 - ๑.๒.๒ กดเลื่อนปุ่มรูปสกรู ให้ความเร็วรอบ ๐-๒๐๐ รอบต่อนาที
 - ๑.๒.๓ กดเลื่อนปุ่มอยู่ตรงกลางเป็นการลือการทำงาน
- ๑.๓ สามารถปรับความเร็วได้ ๐-๑๓๕๐ รอบต่อนาที
- ๑.๔ สามารถปรับความเร็วได้สูงสุด ๒๗,๐๐๐ รอบต่อนาที สำหรับหัวต่ออุปกรณ์ควานกระดูก (High Speed Bur)
- ๑.๕ มีรูผ่านตลอดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๒ มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการใช้กับโลหะยึดตรึงกระดูกขนาดยาว ได้โดยไม่ส่าย
- ๑.๖ สามารถเปลี่ยนหัวต่อได้หลายชนิดเพียงบิดหมุนเพื่อลือคและปลดลือคที่ส่วนหัวของส่วน เจาะกระดูก
- ๑.๗ สามารถเปลี่ยนหัวต่อ เพื่อต่อกับหัวล้างทำความสะอาดในแผลผ่าตัดได้
- ๑.๘ ตัวส่วนน้ำหนัก ๖๓๒ กรัม (ไม่รวมหัวต่อ)
- ๑.๙ ตัวส่วนมีขนาด ๘๒ x ๓๔ x ๑๕๐ มิลลิเมตร

๒. อุปกรณ์ประกอบส่วนเจาะกระดูก

- ๒.๑ หัวต่ออุปกรณ์เจาะกระดูกแบบ A.O.Synthes/ASIF จำนวน ๒ ชิ้น มีรูทะลุผ่านตลอด รูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒.๕ มิลลิเมตร มีความเร็วรอบสูงสุด ๑,๓๕๐ รอบต่อ
- ๒.๒ หัวต่อจับลวดยึดกระดูก ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕-๗.๔ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น (Keyed Drill Attachment) มีความเร็วรอบ ๐-๑,๓๕๐ รอบต่อนาทีมีรูทะลุผ่านตลอด รูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๒ มิลลิเมตร
- ๒.๓ หัวต่อจับลวดยึดกระดูก (Wire/Pin Driver Attachment) จำนวน ๒ ชิ้น ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗-๔.๐ มิลลิเมตร มีรูทะลุผ่านตลอด รูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๐ มิลลิเมตรมีความเร็วรอบ ๐-๑,๓๕๐ รอบต่อนาที
- ๒.๔ กล่องใส่แบตเตอรี่(Aseptic housing) ขนาดใหญ่ สีดำ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ จำนวน ๒ ชิ้น ผากกล่องสามารถมองเห็นระดับไฟบอกปริมาณประจุไฟฟ้าจากก้อนแบตเตอรี่ได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธวัชชัย อมรมรกต) (นายวรพล จำรูญวงษ์) (นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)

๒.๕ ผาครอบใส่แบตเตอรี่ลงในกล่องใส่(Aseptic shield) ขนาดใหญ่ สีขาว สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

จำนวน ๒ ชิ้น

มีรูตรงกลางสามารถสอดแบตเตอรี่ ผ่านได้สะดวกพร้อมด้ามจับที่ปลาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. รับประกันการใช้งานปกติ ๑ ปี นับจากวันตรวจรับสินค้า
๓. ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย
๔. เคยใช้งานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หรือ ผ่านการทดลองใช้ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผลทดลองใช้ผ่านการประเมิน
๕. มีกล่องใส่เครื่องมือทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีชั้นวางเป็นสัดส่วนเหมาะกับเก็บวางเครื่องมือปลอดสนิมสามารถทำปราศจากเชื้อได้

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธวัชชัย อมรมรกต) (นายวรพล จำรูญวงศ์) (นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)