

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อสมองชนิดยึดด้วยตนเอง จำนวน ๑ ชุด

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑. เพื่อใช้ในการผ่าตัดสมอง โดยจะช่วยถ่างเนื้อสมองเพื่อความสะดวกในการผ่าตัดและเป็นที่พักแขนในขณะที่ทำการผ่าตัด

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑. สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ ด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) เพื่อใช้ในงานบริเวณผ่าตัด

๓. คุณลักษณะทางเทคนิคและอุปกรณ์ประกอบ

๓.๑. ฐานยึดเตียงผ่าตัด โดยใช้ต่อประกอบร่วมกับก้านต่อแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๒ ก้าน จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๒. ก้านต่อขยายในแกนตั้งจากฐานยึดเตียงผ่าตัด ส่วนด้านหน้า จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๓. ก้านสำหรับยึดอุปกรณ์ถ่างเนื้อสมอง ชนิดโค้งด้านหน้าแบบตัวยู (U-Bar) จำนวน ๑ ชิ้น

โดยต่อร่วมกับฐานยึดกับเตียงผ่าตัด

๓.๔. อุปกรณ์ยึด ฐานของแขนยึดเครื่องมือถ่างเนื้อสมอง แบบตัวซี (C-Clamp) จำนวน ๒ ชิ้น

๓.๕. แขนยึดเครื่องมือถ่างเนื้อสมองชนิดปรับรูปร่างได้ ขนาดความยาว จำนวน ๒ ชิ้น

ไม่น้อยกว่า ๓๖ เซนติเมตร

๓.๖. อุปกรณ์ยึดใบถ่างเนื้อสมองชนิดหมุนล็อก สำหรับจับใบถ่างได้ทุกแบบ (Universal) จำนวน ๒ ชิ้น

๓.๗. แผ่นสำหรับจัดเรียง Cottonoid (Pattie Tray) ใช้ร่วมกับตัวจับยึดใบถ่าง จำนวน ๑ ชิ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑. เป็นเครื่องมือใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาริตมาก่อน

๔.๒. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี ตาม IFU ผู้ผลิต

๔.๓. สินค้านำเข้าโดยผู้แทนจำหน่ายรายเดียวกัน

๔.๔. ผู้จัดจำหน่ายมีมาตรฐานคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ หรือดีกว่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
นายธนากร คลังแสง) (นางสาววรกัญญา ทองนุช) (นางวุฒิพรรณ แคนชนบ)