



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๓๓๗๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติ การสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายธวัชชัย อมรมรกต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรพล จำรูญวงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)





(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด





นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีตาแก้ว) (นายธนกร จิรชวาลา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 10- หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องมือเจาะ ตัด กระจุก ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ๒. บริษัท ไทกิ เฮลท์แคร์ จำกัด
 ๓. บริษัท เทรดลิงค์ส จำกัด
๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายรัชชัย อมรมรกต ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. นายวรพล จำรูญวงษ์ ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ ลงชื่อ..... กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสว่านเจาะกระดูก ชนิดสามารถเปลี่ยนหัวต่อได้ตามลักษณะงานผ่าตัดที่ต้องการ เช่น สว่านเจาะกระดูก, เลื่อยตัดกระดูก หรือ คิวานโพรงกระดูก ฯลฯ โดยมีรูผ่านตลอด (Cannulated) ซึ่งช่วยให้การผ่าตัดทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น และสามารถใช้ได้กับการผ่าตัดได้ทุกชนิด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สว่านเจาะกระดูก

๑.๑ เป็นสว่านเจาะกระดูก ใช้แบตเตอรี่ เป็นตัวขับเคลื่อน มีคันทันบังคับชนิด ๒ ไก่ จำนวน ๒ ชั้น โดยไกปืนจะเป็นตัวควบคุมการทำงานเดินหน้าหรือถอยหลัง โดยใช้มือเดียว ไกปืนตัวล่างควบคุมการทำงานเดินหน้า ตัวบนควบคุมการทำงานถอยหลังและ ทำงานแบบ Oscillating drilling โดยกด ๒ ไก่พร้อมกัน

๑.๒ ตัวปืนมีปุ่มกดถือการทำงาน เพื่อความปลอดภัยอยู่บริเวณด้านข้างของไกปืน โดย

๑.๒.๑ กดเลื่อนปุ่มรูปดอกสว่าน ให้ความเร็วรอบ ๐-๑,๓๕๐ รอบต่อนาที

๑.๒.๒ กดเลื่อนปุ่มรูปสกรู ให้ความเร็วรอบ ๐-๒๐๐ รอบต่อนาที

๑.๒.๓ กดเลื่อนปุ่มอยู่ตรงกลางเป็นการถือการทำงาน

๑.๓ สามารถปรับความเร็วได้ ๐-๑,๓๕๐ รอบต่อนาที

๑.๔ สามารถปรับความเร็วได้สูงสุด ๒๗,๐๐๐ รอบต่อนาที สำหรับหัวต่ออุปกรณ์คว้านกระดูก (High Speed Bur)

๑.๕ มีรูผ่านตลอดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๒ มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการใช้กับโลหะยึดตรึงกระดูกขนาดยาวได้โดยไม่ส่าย

๑.๖ สามารถเปลี่ยนหัวต่อได้หลายชนิดเพียงบิดหมุนเพื่อล็อกและปลดล็อกที่ส่วนหัวของสว่าน เจาะกระดูก

๑.๗ สามารถเปลี่ยนหัวต่อ เพื่อต่อกับหัวล้างทำความสะอาดในแผลผ่าตัดได้

๑.๘ ตัวสว่านน้ำหนัก ๖๓๒ กรัม (ไม่รวมหัวต่อ)

๑.๙ ตัวสว่านมีขนาด ๘๒ x ๓๔ x ๑๕๐ มิลลิเมตร

๒. อุปกรณ์ประกอบสว่านเจาะกระดูก

๒.๑ หัวต่ออุปกรณ์เจาะกระดูกแบบ A.O.Synthes/ASIF จำนวน ๒ ชั้น มีรูทะลุผ่านตลอด รูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒.๕ มิลลิเมตร มีความเร็วรอบสูงสุด ๑,๓๕๐ รอบต่อนาที

๒.๒ หัวต่อจับลวดยึดกระดูก ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕-๗.๔ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชั้น (Keyed Drill Attachment) มีความเร็วรอบ ๐-๑,๓๕๐ รอบต่อนาที มีรูทะลุผ่านตลอด รูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๒ มิลลิเมตร

๒.๓ หัวต่อจับลวดยึดกระดูก (Wire/Pin Driver Attachment) จำนวน ๒ ชั้น ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗-๔.๐ มิลลิเมตร มีรูทะลุผ่านตลอด รูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๐ มิลลิเมตร มีความเร็วรอบ ๐-๑,๓๕๐-รอบต่อนาที

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชาชัย อมรมรกต) (นายวรพล จำรูญวงษ์) (นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)

๒.๔ กล่องใส่แบคทีเรีย(Aseptic housing) ขนาดใหญ่ สีดำ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ จำนวน ๒ ชั้น
ฝาครอบสามารถมองเห็นระดับไฟบอกปริมาณประจุไฟฟ้าจากก้อนแบคทีเรียได้

๒.๕ ฝาครอบใส่แบคทีเรียลงในกล่องใส่(Aseptic shield) ขนาดใหญ่ สีขาว สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้
จำนวน ๒ ชั้น

มีรูตรงกลางสามารถสอดแบคทีเรีย ผ่านได้สะดวกพร้อมด้ามจับที่ปลาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. รับประกันการใช้งานปกติ ๑ ปี นับจากวันตรวจรับสินค้า
๓. ทางบริษัทฯ มีกล่องใส่เครื่องมือ (Sterilization Container) ทำด้วยโลหะปลอดสนิม สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้
โดยด้านในสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ (ไม่เจาะจงแหล่งผลิต)

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัชชัย อมรมรกต) (นายวรพล จำรูญวงษ์) (นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)