



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๓๕๑๗

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทกา มหันต์สุคนธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัชวาลย์ พิณจิตริสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอนิตศรา คำภักดี)





(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด





(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีตมแก้ว) (นายธนากร จิรชวลา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท กินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี

๓. บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด

๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวนันทกา มหันต์สุคนธ์ ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

๒. นายชัชวาลย์ พินิจศิริสกุล ลงชื่อ..........กรรมการ

๓. นางสาวอนิตศรา คำภักดี ลงชื่อ..........กรรมการ

คุณลักษณะ
เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ขนาดใหญ่

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ

๒. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ จอแสดงภาพสำหรับใช้กับเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ จอ

๓.๑.๑ ควบคุมการใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัส

๓.๑.๒ รองรับการต่อกล้องได้จำนวน ๒ ตัวด้วยช่องรับสัญญาณ ๒ ช่อง

๓.๑.๓ มีช่องต่อสัญญาณภาพออกชนิด HDMI

๓.๑.๔ สามารถบันทึกข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้

๓.๑.๕ สามารถแสดงผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกก่อนไว้แล้วได้

๓.๑.๖ จอแสดงภาพมีขนาด ๘ นิ้ว

๓.๑.๗ สามารถใช้งานจอแสดงภาพภายใต้การประจุไฟฟ้าหรือผ่านแบตเตอรี่ได้

๓.๑.๘ ได้รับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำในระดับ IP๕๔

๓.๑.๙ ให้คุณภาพความละเอียดสูง ๑๙๒๐ x ๑๒๐๐ พิกเซล

๓.๒ สายเชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๓ เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) ใช้เทคโนโลยีรับภาพชนิด CMOS, ก้าน Blade แบบ D-BLADE สำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจในกรณีใส่ได้ยาก (difficult intubation) จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๔ เสอแขวนจอ จำนวน ๑ ชิ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนันท์ทกา มหันต์สุคนธ์) (นายชัชวาลย์ พิณจิตศิริสกุล) (นางสาวอนิตศรา คำภักดี)