



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๗๖๖๗

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๒๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุง แผนปฏิบัติการกลางปี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผอ.จ.จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวสลิตา ศรีหนา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพิเชษ อมรพิกุลทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ ซาซุม)

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีตานแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายชนากร จิรชวาลา)

หัวหน้ากองเวชภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินบำรุง แผนปฏิบัติการกลางปี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
 ๒. บริษัท ยามเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี
๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางสาวสลิตา ศรีหนา ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. นายพิเชษ อมรพิกุลทอง ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. นางสาวสุพรรณณี ชามุข ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะ
เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope)

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ

๒. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ จอแสดงผลภาพสำหรับใช้กับเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ จอ

๓.๑.๑ ควบคุมการใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัส

๓.๑.๒ รองรับการต่อกล้องได้จำนวน ๒ ตัวด้วยช่องรับสัญญาณ ๒ ช่อง

๓.๑.๓ มีช่องต่อสัญญาณภาพออกชนิด HDMI

๓.๑.๔ สามารถบันทึกข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้

๓.๑.๕ สามารถแสดงผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกก่อนไว้แล้วได้

๓.๑.๖ จอแสดงผลภาพมีขนาด ๘ นิ้ว

๓.๑.๗ สามารถใช้งานจอแสดงผลภาพภายใต้การประจุไฟฟ้าหรือผ่านแบตเตอรี่ได้

๓.๑.๘ ได้รับรองมาตรฐานการป้องกันน้ำในระดับ IP๕๔

๓.๑.๙ ให้คุณภาพความละเอียดสูง ๑๙๒๐ x ๑๒๐๐ พิกเซล

๓.๒ สายเชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๓ เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) ใช้เทคโนโลยีรับภาพชนิด CMOS, ก้าน Blade แบบ D-BLADE สำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจในกรณีที่ไม่สามารถใส่ได้ยาก (difficult intubation) จำนวน ๑ ชิ้น

ผลิตภัณฑ์จัดหาภายในประเทศ

๓.๔ เส้าแขวนจอ จำนวน ๑ ชิ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

๔.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสลิตา ศรีหนา) (นายพิเชษ อมรพิกุลทอง) (นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)