



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้าเครื่องจีไฟฟ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๑๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้าเครื่องจีไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้าเครื่องจีไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง




คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้าเครื่องจีไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นางเครือวัลย์ กุมพล)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางอินทิรา ชนแก่น้อย)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)	



(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีตานแก้ว) (นายธนกร จิรชวาลา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องวัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้าเครื่องจีไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เมดิคอล กรุป

๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางเครือวัลย์ กุมพล

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

๒. นางอินทิรา ชนแก่น้อย

ลงชื่อ..........กรรมการ

๓. นายเกรียงศักดิ์ กมลเชื้อ

ลงชื่อ..........กรรมการ

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
เครื่องวัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้าเครื่องจีไฟฟ้า

๑. ความต้องการ

๑.๑. เครื่องวัดห้ามเลือดด้วยแรงดันลมแบบมีช่องจ่ายแรงดัน ๑ ช่อง โดยใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมแรงดัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อใช้ในการวัดห้ามเลือดให้แก่ผู้ป่วย ขณะทำการผ่าตัด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑. เป็นเครื่องวัดห้ามเลือดขณะทำการผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ได้โดยสะดวก มีช่องจ่ายแรงดัน ๑ ช่อง ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

๓.๒. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสามารถนำไปทำความสะอาดได้ด้วยการแช่น้ำยา (Disinfectant) โดยไม่ได้รับความเสียหาย

๔. คุณลักษณะทางเทคนิคและอุปกรณ์ประกอบ

๔.๑. ตัวเครื่องวัดห้ามเลือดด้วยแรงดันลมแบบ ๑ ช่องจ่ายแรงดัน

จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๑. ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor

๔.๑.๒. ใช้แรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ ๑๐๐ - ๒๔๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๔.๑.๓. ควบคุม และ ตั้งค่าการทำงานผ่านทางหน้าจอรระบบสัมผัส (Touch-screen)

๔.๑.๔. มีช่องสำหรับเสียบ Cuff (Port) ได้ ๑ ช่อง

๔.๑.๕. มีระบบเตือน (Alarms) เมื่อเกิดอันตรายต่อคนไข้ โดยสามารถส่งสัญญาณเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งเพื่อใช้งาน ในรูปของเสียงและสัญลักษณ์ด้านหน้าของตัวเครื่องได้

๔.๑.๖. กำหนดค่าแรงดันใน Cuff ได้ตั้งแต่ ๐ ถึง ๖๐๐ มิลลิเมตรHg

๔.๑.๗. ค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันอยู่ในช่วง ± 5 มิลลิเมตรปรอท

๔.๑.๘. แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าภายในตัว สามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

๔.๒. รถเข็นสำหรับตั้งวางเครื่องและอุปกรณ์

จำนวน ๑ คัน

๔.๓. แถบวัดห้ามเลือดสำหรับแขนเด็กขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ X ๔.๕ เซนติเมตร

จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๔. แถบวัดห้ามเลือดสำหรับแขนผู้ใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ x ๘ เซนติเมตร

จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๕. แถบวัดห้ามเลือดสำหรับขาผู้ใหญ่แบบตรง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒ x ๑๐ เซนติเมตร

จำนวน ๑ ชิ้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑. เป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน




๕.๒. ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้เครื่องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ ๑ ชุด

๕.๓. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องทุก ๆ ๖ เดือน ภายในระยะเวลาประกัน

๕.๔. บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๕.๕. บริษัทผู้จัดจำหน่ายต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางเครือวัลย์ กุมพล) (นางอินทิรา ขนแก่น้อย) (นางเกียรียงศักดิ์ กมลเชื้อ)