

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

(Single-use sterile rubbers gloves) เบอร์ M , S

ความต้องการ ถุงมือปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะทั่วไป เป็นถุงมือที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นถุงมือที่ทำจากยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
๒. ความยาวของถุงมือจากข้อมือที่ม้วนขอบถึงปลายสุดของนิ้วกลาง จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ มม.
๓. ถุงมือทุกคู่จะมีคุณลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมือจนเกินไป ความยาวของถุงมือไม่สั้นเกินไป สามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วมือได้พอดี
๔. ถุงมือมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร, เป็นสีขาว
๕. แป้งที่ใช้คลุกถุงมือเพื่อช่วยในการสวมใส่นั้นเป็นแป้งคลุกถุงมือที่ใช้ในวงการแพทย์ และได้มาตรฐานตาม U.S.P. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ป่วย
๖. เนื้อยางมีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน มีค่าความยืดตัวสูงสุด (Ultimate Elongation) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐%
๗. ถุงมือทุกคู่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน
๘. ผลิตภัณฑ์บรรจุในซองเดี่ยว ซองละ ๑ คู่ มีสัญลักษณ์บอกขนาดถุงมือให้เห็นชัดเจน และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว โดยแก๊สเอธิลีนออกไซด์
๙. กล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่สะอาดห่อหุ้มมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันความเสียหาย ระบุ Lot No วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุข้างกล่องและข้างซองที่บรรจุชัดเจน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ฤกษ์ บุญวิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเพียงใจ เวชวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจรรุพัตร์ สุขุมาลพิทักษ์)

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อมาก่อนหมดสัญญา หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหา โดยมีการยืนยันจากคณะทำงานประเมินผลการใช้เวชภัณฑ์ที่มีอายุและวัสดุการแพทย์ของโรงพยาบาล และจะไม่นำมาพิจารณาอีกต่อไป
๓. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๔. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์พฤกษ์ บุญวิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเพียงใจ เวชวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจรรพภัคตร์ สุขุมลพิทักษ์)