

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
เตียงฟาวเลอร์

๑. ความต้องการ

เตียงผู้ป่วย ระบบมือหมุน ๓ ฟังก์ชัน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบมือหมุนที่ท้ายเตียง เพื่อปรับท่าเตียงให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วย

๓. วงเงินงบประมาณ

เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการซื้อเตียงฟาวเลอร์ จำนวน ๕ เตียง วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้ายนั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ลงชื่อ.....

(นางพรรณิ แสงอินทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔.๑๓ สำเนาทะเบียนรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๕. คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑ มิติ ขนาดความกว้างของเตียง วัดจากราวเตียงชนราวข้างเตียง (ตั้งขึ้น) ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ซม. x ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ซม. เพื่อสามารถเข้าลิฟท์ได้

๕.๒ การปรับระดับ

๕.๒.๑ สามารถปรับระดับที่มือหมุนที่ท้ายเตียง

๕.๒.๑.๑ ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง ด้วยมือหมุน

๕.๒.๑.๒ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ด้วยมือหมุน

๕.๒.๑.๓ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ด้วยมือหมุน

๕.๒.๑.๔ มือหมุนนี้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถปรับพับเก็บได้ที่ท้ายเตียง

๖. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

๖.๑ โครงสร้างเตียง ผลิตจากเหล็กมีคุณภาพ มีคานเตียงบนทั้งซ้าย - ขวา รูปสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๖ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม. โดยมีรูใส่เสาน้ำเกลือทั้งซ้าย - ขวา ข้างละ ๒ รู เพื่อความสะดวกในการปรับระยะการใส่น้ำเกลือต่อผู้ป่วย และมีคานเตียงล่างทั้งซ้ายและขวา รูปสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๖ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม. เพื่อความแข็งแรง ทนทานในการรับน้ำหนักผู้ป่วย

๖.๒ หัว - ท้ายเตียง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนโค้ง กว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. สูงจากพื้นเตียงไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. มีช่องมือจับ สามารถถอดเข้าออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย

๖.๓ ราวข้างเตียง เป็นแบบโซ่คัทแก๊สเก็บพับข้างเตียงได้ข้างละ ๒ อัน ทำด้วยพลาสติกขึ้นรูป ขนาดราวกันส่วนศีรษะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗ ซม. สูงจากพื้นเตียงไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ราวกันส่วนปลายเท้ามีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. มีช่องว่างระหว่างราว ไม่เกิน ๑๒ ซม. และมีที่วัดองศาที่ด้านนอกของราวข้างเตียงส่วนศีรษะทั้ง ๒ ด้าน เพื่อความสะดวกในการปรับส่วนหลังขึ้น - ลง

๖.๔ ส่วนรองรับตัวคนไข้ (ใต้เบาะ) แบ่งเป็น ๔ ตอนขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘ x ๗๐ , ๘๘ x ๒๒ , ๘๘ x ๒๕ , ๘๘ x ๖๐ ซม. จากแผ่นหลังมาตามลำดับ โครงส่วนรองรับแผ่นพื้นเตียงทำด้วยเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๔๐ มิลลิเมตร ส่วนบนเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ปั้นเจาะรูระบายอากาศเป็นรูปวงรีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๒๕ มม. ทั้ง ๔ ส่วนเพื่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศและเพื่อ ความแข็งแรงสวยงาม

๖.๕ ล้อและระบบล้อคล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. มีพลาสติกหุ้มทั้งล้อ สามารถล้อคล้อและปลดล้อได้ ด้วยแป้นเหยียบเบรก (ล้อคล้ออิสระ) ทั้ง ๔ ล้อ

๖.๖ เบาะ ทำด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี หัว-ท้ายรวมกันหนาไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว แบ่งเป็น ๔ ตอน เบาะมีซิปถอดซักได้

๖.๗ ฟังก์ชันการทำงาน มีดังนี้

๖.๗.๑ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ด้วยมือหมุน ได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๗๕ องศา

๖.๗.๒ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ๒ ด้วยมือหมุน ได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๕๐ องศา

ลงชื่อ.....

(นางพรรณิ แสงอินทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ชำชุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๖.๗.๓ สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูงไม่เกิน ๕๕ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย ขึ้นเตียงได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวก แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถปรับตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง

๖.๘ ช่องใส่เสาน้ำเกลือ มีช่องใส่เสาน้ำเกลือที่บริเวณคานบนทั้งซ้าย-ขวา ในส่วนหัวเตียง ๒ รู และท้ายเตียง ๒ รู

๖.๙ มีที่แขวนถุงปัสสาวะที่ได้เตียงทั้ง ๒ ด้านของเตียงเพื่อความสะดวกของการใช้งาน

ตู้ข้างเตียงพลาสติก พร้อมลิ้นชัก (สีขาวครีม)

๑. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์และเก็บสิ่งของที่จำเป็นของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ขนาด (ก x ย x ส) ๔๘ x ๔๗ x ๗๘ เซนติเมตร

๒.๒ วัสดุทำด้วยพลาสติกชนิด PP อย่างดี

๒.๓ Top bedside Cabinet สามารถวางอุปกรณ์และเครื่องมือได้

๒.๔ ถัดจากส่วนบนของตู้ข้างเตียงมีถาดวาง History chart

๒.๕ มีลิ้นชักใส่ของจำนวน ๑ ชั้น

๒.๖ ภายในตู้มีชั้นสำหรับวางสิ่งของเครื่องใช้ จำนวน ๒ ชั้น

๒.๗ มีล้อ ๔ ล้อ และสามารถล็อกล้อได้ อย่างน้อย ๒ ล้อ

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ เตียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๗.๒ ต้องมีสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ

๗.๓ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ๑ ชุด

๗.๔ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๗.๕ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

๘. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. ราคาากลาง

ซื้อเตียงฟาวเลอร์ จำนวน ๕ เตียง ราคาเตียงละ ๓๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นางพรรณิ แสงอินทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงฟาวเลอร์ จำนวน ๕ เตียง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มาจาก

การสืบราคาจากท้องตลาด

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ๑. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด | เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |
| ๒. บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด | เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) |
| ๓. บริษัท ไฮ-คลาส อิกวิปเมนต์ จำกัด | เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ๑. นางพรรณิ แสงอินทร์ | ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอัญชลี แก้วศรีใส | ลงชื่อ.....กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุพรรณิ ชาชุม | ลงชื่อ.....กรรมการ |