

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Set เครื่องมือผ่าตัด Coronary จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมา

ตามบันทึกกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๒๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้อนุมัติให้จัดซื้อ Set เครื่องมือผ่าตัด Coronary จำนวน ๑ ชุด

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธรรมรัช เรืองปรัชญากุล) (นางศิวพร บุญญาธิพิทักษ์) (นางสาวอลิสสา สีส่อง)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑. ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless – Steel)

๔.๑.๒. นำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำสูงได้ อบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส ETO อบฆ่าเชื้อด้วย Plasma ได้

๔.๑.๓. บนเครื่องมือมีระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบรายละเอียด เพื่อบริหารจัดการเครื่องมือ สำหรับหน่วยเซ็นทรัลซัพพลายในอนาคต

๔.๑.๔. มีสัญญาลักษณะบอกระยะเวลารับประกันอยู่เครื่องมือแต่ละชิ้น เป็นเวลา ๒ ปี

๔.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑. เครื่องมือจับเข็มเย็บแผลแบบ Supergrip Micro ปากขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร แบบทั้งสแตนคาร์ไบด์ สำหรับจับไหมขนาด ๖/๐ – ๔/๐ ด้ามจับกลม ความยาว ๙ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๒.๒. เครื่องมือจับเข็มเย็บแผลแบบ Micro ปากขนาด ๐.๘ มิลลิเมตร ปากแบบ Diamonite สำหรับจับไหมขนาด ๙/๐ – ๗/๐ ด้ามจับกลม ความยาว ๙ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๒.๓. เครื่องมือจับเข็มเย็บแผลแบบ Micro ปากขนาด ๐.๓ มิลลิเมตร ปากแบบ Diamonite สำหรับจับไหมขนาด ๑๒/๐ – ๘/๐ ด้ามจับกลม ความยาว ๙ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๒.๔. ปากคีมแบบ Debakey ปลายปากขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร ความยาว ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๒.๕. เครื่องมือถ่างแบบ Weitlaner ชนิดมีฟันแหลม ขนาด ๑๖ มิลลิเมตร แบบ ๓x๔ ความยาว ๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๖. เครื่องมือถ่างแบบ Weitlaner ชนิดมีฟันทู่ ขนาด ๑๖ มิลลิเมตร แบบ ๓x๔ ความยาว ๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๗. เครื่องมือถ่างหลอดเลือดแบบ Memmory ขนาด ๑.๐ มิลลิเมตร ความยาว ๖ ๗/๔ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๘. เครื่องมือจับเส้นเลือดแบบ Crile ปลายโค้ง ความยาว ๕ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๒ ชิ้น

๔.๒.๙. กรรไกรตัดหลอดเลือดแบบ Jacobson Micro ขนาดปาก ๗ มิลลิเมตร ทำมุม ๔๕ องศา ความยาว ๗ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๑๐. กรรไกรตัดหลอดเลือดแบบ Jacobson Micro ขนาดปาก ๗ มิลลิเมตร ทำมุม ๑๒๕ องศา ความยาว ๗ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๑๑. ปากคีมแบบ Tying Micro RingTip ขนาด ๑.๐ มิลลิเมตร แรงบีบ ๑๘๐ กรัม ความยาว ๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น


๔.๒.๑๒. ปากคีมแบบ Tying micro ปลายปาก ๐.๘x๗ มิลลิเมตร แรงบีบ ๑๘๐ กรัม ความยาว ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๑๓. เครื่องมือจับเส้นเลือดแบบ Wylie ปากแบบ Debakey ปลายปากโค้ง ด้ามจับแบบ Straight Shark ความยาว ๑๐ ๑/๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๒.๑๔. เครื่องมือจับเส้นเลือดแบบ Zanger ปากแบบโค้ง แบบ Debakey มีฟัน ๑x๒ ความยาว ๘ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
(นายธรรมรัช เรืองปรัชญากุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางศิวพร บุญญาธิพิทักษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอลิสสา สีส่อง)

๔.๒.๑๕. คีมจับเส้นเลือดแบบ Diethrich Bulldog ปลายปากทำมุมขนาด ๑๒ มิลลิเมตร แรงบีบ ๘๐ กรัม ความยาว ๔๘ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ชิ้น

๔.๒.๑๖. เครื่องมือถ่างขยายช่องอกแบบ Finochietto Infant โดยมีใบถ่างกว้างขนาด ๑๕ มิลลิเมตร ลึก ๑๒ มิลลิเมตร สามารถถ่างขยายได้สูงสุดที่ ๘๐ มิลลิเมตร โดยมีแขนของใบถ่างยาว ๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๑๗. ปากคีบแบบ Adson ชนิดมีฟัน ๑x๒ ความยาว ๔ ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๒.๑๘. ปากคีบแบบ Gillies ชนิดมีฟัน ๑x๒ ความยาว ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๑๙. เครื่องมือถ่างขยายช่องอกแบบ Finochietto Neonatal โดยมีขนาดใบถ่างกว้าง ๗ มิลลิเมตร ลึก ๖ มิลลิเมตร สามารถถ่างขยายได้สูงสุดที่ ๓๖ มิลลิเมตร โดยมีแขนของใบถ่างยาว ๒๗ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๒๐. เครื่องมือถ่างขยายช่องอกแบบ Finochietto Baby โดยมีขนาดใบถ่างกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ลึก ๒๘ มิลลิเมตร สามารถถ่างขยายได้สูงสุดที่ ๑๐๐ มิลลิเมตร โดยมีแขนของใบถ่างยาว ๗๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๒๑. เครื่องมือจับหลอดเลือดแบบ Cooley – Multipurpose ความยาว ๖ ๑/๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๒๒. เครื่องมือจับหลอดเลือดแบบ Cooley ความยาว ๖ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๒๓. เครื่องมือจับหลอดเลือดแบบ Castaneda ความยาว ๔ ๔/๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๒ ปี

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑. กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑. เงินนอกฝากคลัง (เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด) จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๘. งานดูงานและการจ่ายเงิน

๘.๑. ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอส่งสินค้าล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ส่งมอบ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระค่าปรับ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรมรัช เรืองปรัชญากุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิวพร บุญญาธิพิทักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอลิสา สีส่อง)