

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

(Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานรังสีวิทยา ตามบันทึกข้อความ ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๕.๑๔/๕๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ จะดำเนินการขออนุมัติซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์) รุ่น SOMATOM DEFINITION AS หมายเลขเครื่อง S/N ๙๖๕๗๐) ยี่ห้อ SIEMENS จำนวน ๑ หลอด เนื่องจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และพร้อมให้บริการผู้ป่วยที่มา รับการรักษาภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. เป็นผู้มิอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายงานงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

หลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น SOMATOM DEFINITION AS หมายเลขเครื่อง S/N ๙๖๕๗๐) ยี่ห้อ SIEMENS จำนวน ๑ หลอด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- กำหนดพลังงาน ๘๐Kva / ๑๐๐Kva
- Tube กระแสไฟฟ้า ๒๐-๖๖๖ mA.
- แรงดัน ๗๐,๘๐,๑๐๐,๑๒๐,๑๔๐Kv
- Cooling ๗.๓mHu/min
- Focus spot ๐.๗*๐.๗,๐.๙ * ๑.๑mm

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางคนันพร โกมลย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปราณี บัวจันทร์)

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนันท์ เปี่ยมโนรี)

นายช่างเทคนิคอุปกรณ์การแพทย์

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก ราคาต่ำที่สุดที่คุณสมบัติผ่าน

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณตั้งไว้ ๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาหรือวันที่สั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ ชุด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ ชุด

๙. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจะซื้อจะจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

๑. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หรือไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ scansec แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
๒. เป็นของใหม่ที่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๓. ติดตั้งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางคนันพร โกมลย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปราณี บัวจันทร์)

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนันท์ เปี่ยมโนรี)

นายช่างเทคนิคอุปกรณ์การแพทย์