



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๑๒๑๒

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางเครื่อง Laryngoscope

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๗๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่อง Laryngoscope จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยเงินมาจากรง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่อง Laryngoscope จำนวน ๘ เครื่องๆ ละ ๔๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้ช่วยราชการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้ช่วยราชการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่อง Laryngoscope จำนวน ๘ เครื่อง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....*ศิริพร ชมจุมจัง*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริพร ชมจุมจัง)

(ลงชื่อ).....*ศมนพร*.....กรรมการ
(นางสาวศมนพร หลักคำ)

(ลงชื่อ).....*กัญญา*.....กรรมการ
(นางกัญญา ธนสุนทรสุทธิ)

ชวลวิทย์
(นายชวลวิทย์ หลาวทอง)

ผู้ช่วยราชการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สุวิทย์
(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พันเอก *สุวิทย์*
(ศิวพล บุญจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นิลสุ
นายเจริญ นิลสุ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๑-๓๓๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ คือ เครื่อง Laryngoscope จำนวน ๘ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. ร้านเฟิร์สท เทรดตั้ง
 ๒. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฟิร์สท เมดิคอล
 ๓. ร้านอาร์เอ็นเอช
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางสาวศิวพร ชมจุมจั่ง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวศมณพร หลีกคำ กรรมการ
 ๓. นางนิตยา ธนสุนทรสุทธิ กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Laryngoscope

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๒

๑. ความต้องการ เครื่อง Laryngoscope ชุดส่องตรวจหลอดลม
๒. วัตถุประสงค์ เป็นชุดส่องตรวจหลอดลม ตามคุณสมบัติที่กำหนด
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดด้ามมือถือ เพื่อใช้ประกอบแผ่นส่องตรวจสำหรับส่องหลอดลม เพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ
๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ อุปกรณ์ด้ามมือถือ เพื่อใช้ประกอบกับแผ่นส่องตรวจ (Blade) ชนิด Fiber Optic
- ๔.๒ ส่วนบนของด้ามมือถือสามารถใส่หลอดไฟ ชนิด LED ๒.๕ โวลท์ จำนวน ๑ หลอด ให้แสงสีขาว
- ๔.๓ ด้ามมือถือทำจากวัสดุโลหะไม่เป็นสนิม
- ๔.๔ แบตเตอรี่ เป็นชนิด Litium Ion ซึ่งสามารถนำมาชาร์จประจุซ้ำใหม่ได้โดยใช้เวลาในการชาร์จประจุเต็มที่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ได้มากกว่า ๓๖๐ นาที
- ๔.๕ เป็นส่องตรวจเป็นชนิดเส้นใยไฟเบอร์ออปติก

๔.๖ ในชุดประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------|
| ๔.๖.๑ ด้ามมือถือ พร้อมแบตเตอรี่ชนิด Litium ion ๒.๕ V. | จำนวน ๓ อัน |
| ๔.๖.๒ แผ่นส่องตรวจ | จำนวน ๕ อัน |
| ประกอบด้วย | |
| - เบลด ตรง เบอร์ ๐ ขนาด ๗๕ มม. | จำนวน ๑ อัน |
| - เบลด ตรง เบอร์ ๑ ขนาด ๑๐๒ มม. | จำนวน ๑ อัน |
| - เบลด โค้ง เบอร์ ๒ ขนาด ๑๑๒ มม. | จำนวน ๑ อัน |
| - เบลด โค้ง เบอร์ ๓ ขนาด ๑๓๐ มม. | จำนวน ๑ อัน |
| - เบลด โค้ง เบอร์ ๔ ขนาด ๑๕๕ มม. | จำนวน ๑ อัน |

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 - ๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือ ไทย
 - ๕.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย
- ราคากลาง จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....*ศิริพร ขวัญใจ*..... ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริพร ขวัญใจ)

(ลงชื่อ).....*ฉันทพร*..... กรรมการ
(นางสาวฉันทพร หลักคำ)

(ลงชื่อ).....*ณิชา*..... กรรมการ
(นางณิชา ธนสุนทรสุทธิ)

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Laryngoscope

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๒

๑. ความต้องการ เครื่อง Laryngoscope ชุดส่องตรวจหลอดลม
๒. วัตถุประสงค์ เป็นชุดส่องตรวจหลอดลม ตามคุณสมบัติที่กำหนด
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดด้ามมือถือ เพื่อใช้ประกอบแผ่นส่องตรวจสำหรับส่องหลอดลม เพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ
๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ อุปกรณ์ด้ามมือถือ เพื่อใช้ประกอบกับแผ่นส่องตรวจ (Blade) ชนิด Fiber Optic
- ๔.๒ ส่วนบนของด้ามมือถือสามารถใส่หลอดไฟ ชนิด LED ๒.๕ โวลท์ จำนวน ๑ หลอด ให้แสงสีขาว
- ๔.๓ ด้ามมือถือทำจากวัสดุโลหะไม่เป็นสนิม
- ๔.๔ แบตเตอรี่ เป็นชนิด Litium Ion ซึ่งสามารถนำมาชาร์จประจุซ้ำใหม่ได้โดยใช้เวลาในการชาร์จประจุเต็มที่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ได้มากกว่า ๓๖๐ นาที
- ๔.๕ เป็นส่องตรวจเป็นชนิดเส้นใยไฟเบอร์ออปติก

๔.๖ ในชุดประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------|
| ๔.๖.๑ ด้ามมือถือ พร้อมแบตเตอรี่ชนิด Litium ion ๒.๕ V. | จำนวน ๓ อัน |
| ๔.๖.๒ แผ่นส่องตรวจ | จำนวน ๕ อัน |
| ประกอบด้วย | |
| - เบลด ตรง เบอร์ ๐ ขนาด ๗๕ มม. | จำนวน ๑ อัน |
| - เบลด ตรง เบอร์ ๑ ขนาด ๑๐๒ มม. | จำนวน ๑ อัน |
| - เบลด โค้ง เบอร์ ๒ ขนาด ๑๑๒ มม. | จำนวน ๑ อัน |
| - เบลด โค้ง เบอร์ ๓ ขนาด ๑๓๐ มม. | จำนวน ๑ อัน |
| - เบลด โค้ง เบอร์ ๔ ขนาด ๑๕๕ มม. | จำนวน ๑ อัน |

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 - ๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือ ไทย
 - ๕.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย
- ราคากลาง จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางสาวศิวพร ชมจุมจัง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวศมณพร หลักคำ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางนิตยา ชนสุนทรสุทธิ)