



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๑๖๕๓

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเปล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๙๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเปล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเปล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๓,๕๖๐.- บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเปลดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....*AWW*.....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ อมรพิกุลทอง)

(ลงชื่อ).....*PC*.....กรรมการ
(นางสาวสุพรรณณี ชาชุม)

(ลงชื่อ).....*วิมล สาลี*.....กรรมการ
(นางสาวจิราพร สาลี)

อลง
ย
(นายชลวิทย์ หลาวทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

พันเอก *ส.ล.*

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายเจริญ นิลสุ *W*

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ *W*

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเปล หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	
๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท	
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๓,๕๖๐.-บาท	
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด	
๑. บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด	
๒. บริษัท ธรรมรักษ์ กรู๊ป จำกัด	
๓. บริษัท พีเจ เบสท์ จำกัด ✓	
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๑. นายพิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุรณี ชาชุม	กรรมการ
๓. นางสาวจิราพร สาลี	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเปล
ตามประกาศลงวันที่

๑. ความต้องการ

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเปล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้บริการผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติทั่วไป


- ๓.๑ ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด ๓๐๐ Kg./อ่านรายละเอียด ๑๐๐ Kg.
- ๓.๒ หน้าจอแสดงผลด้วยตัวเลข จอ LCD พร้อมไฟ Backlight
- ๓.๓ หัวอ่านน้ำหนักติดที่หัวเสาสูง ๑๐๐ ซม. แยกกับแท่นชั่ง
- ๓.๔ แท่นชั่งเหล็กสีขาบ ขนาด ๙๐x๑๙๐ ซม. /รวมสโลปทางขึ้นลง ๒ ด้าน
- ๓.๕ ใช้ไฟ AC ๒๒๐v. และแบตเตอรี่รีชาร์จ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา/ยุโรป หรือ เอเชีย
- ๔.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ราคากลางจำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๓,๔๖๐.-บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ อมรพิกุลทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจิราพร สาลี)