



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๕๗๔

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป


พันเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสันติ พลรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพนิดา บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชวิน มุลมณี)

(ศิวพล บุญรินทร์)

(นายอุบล รัตนพันธ์)

นายเจริญ นิลสุ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย
จำนวน ๑ ชุด
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากห้องตลาด
 ๑. บริษัท กู๊ด แอนด์ เกรท พลัส จำกัด
 ๒. บริษัท พี เอส เค เมติคอลจำกัด
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมติแคร์ ฮอस्पิตล
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายสันติ พลรัตน์ ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวพนิดา บุญสุข กรรมการ
 ๒. นายชวิน มุลมณี กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๓

๑. ความต้องการ ชุดเครื่องมือสำหรับทำหัตถการตัดลอกผิวหนังที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์ สำหรับใช้ตัดลอกผิวหนังเพื่อปลูกถ่ายผิวหนัง
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม สามารถล้างน้ำได้ด้วยไอน้ำได้
 - ๓.๒ ได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการแพทย์
๔. คุณสมบัติเฉพาะ
 - ๔.๑ เครื่องตัดลอกผิวเป็นแบบไร้สาย (cord less) ใช้งานได้สะดวก
 - ๔.๒ น้ำหนักเครื่องไม่เกิน ๑๔๐๐ กรัม
 - ๔.๓ สามารถตัดผิวหนังได้กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร
 - ๔.๔ ปรับระยะความหนาในการตัดผิวหนังได้ตั้งแต่ ๐-๑.๒ มิลลิเมตร
 - ๔.๕ ถอดเปลี่ยนใบมีดได้ง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องไขควงหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพิ่ม
 - ๔.๖ ถอดมอเตอร์และแบตเตอรี่ออกจากเครื่องได้ก่อนทำการล้างและปราศจากเชื้อ
 - ๔.๗ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ใช้แรงดันไฟไม่เกิน ๗.๕ โวลท์
 - ๔.๘ ความจุแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ มิลลิแอมป์ชั่วโมง ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๗๐ นาที
 - ๔.๙ แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ ใช้เวลาชาร์จกระแสจนเต็มไม่เกิน ๓ ชั่วโมง
 - ๔.๑๐ แบตเตอรี่เป็นชนิด ลิเทียม-ไอออน ไม่มีเมมโมรีเอฟเฟค
๕. อุปกรณ์ประกอบ
 - ๕.๑ ใบมีดตัดสำหรับเครื่องตัดลอกผิวหนัง ๑๐ ใบ
 - ๕.๒ อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น ๖๕ มิลลิเมตร ๑ ชิ้น
 - ๕.๓ อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น ๕๐ มิลลิเมตร ๑ ชิ้น
 - ๕.๔ อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น ๓๕ มิลลิเมตร ๑ ชิ้น
 - ๕.๕ กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับล้างน้ำเชื้อ ๑ ชุด
 - ๕.๖ ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ ๑ ชุด
๖. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๖.๑ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๖.๒ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี

ราคากลาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสันติ พลรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวพนิดา บุญสุข)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชวิน มุลมณี)