



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๗

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๕๕๕

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน การอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตาม วงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัด ร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป



(นายชวลิต หลาวทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายวิบูลย์ จิตชะโกศล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิจักขณ์ กัญญาคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางทองใส คงวัน พันเอก)


(นายวิบูลย์ จิตชะโกศล)
รองผู้อำนวยการสายบริหาร
(ศิวพล บุญรินทร์)
นายแพทย์อำนวยการที่ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง
จำนวน ๑ ชุด
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฑูเอ็นทูที คอนเน็คชั่น
 ๓. บริษัท ไอเบอล่า จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายวิบูลย์ เตชะโกศล ประธานกรรมการ
 ๒. นายวิจักขณ์ กัญญาคำ กรรมการ
 ๒. นางทองใส คงวัน กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ

กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๓

๑. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑
กล้อง

๑.๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบวีดิทัศน์มีเลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้า โดยต่อใช้งานกับ
เครื่องประมวลสัญญาณภาพวีดิทัศน์ เพื่อแสดงภาพการตรวจรักษาบนจอมอนิเตอร์

๑.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒.๑. ระบบเลนส์	- มุมมองภาพไม่น้อยกว่า	๑๔๐ องศา
	- เห็นภาพชัดในระยะตั้งแต่	๒-๑๐๐ มม.
๑.๒.๒. ส่วนใช้งาน	- ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	๑๐ มม.
	- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่มากกว่า	๑๐.๙ มม.
	- ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า	๑๐๓๐ มม.
	- ความยาวรวมไม่มากกว่า	๑๓๕๐ มม.
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า	๓.๗ มม.
๑.๒.๓. ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง	- ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า	๒๑๐ องศา
	- ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า	๙๐ องศา
	- ปรับมุมทางขวาได้ไม่น้อยกว่า	๑๐๐ องศา
	- ปรับมุมทางซ้ายได้ไม่น้อยกว่า	๑๐๐ องศา

๑.๒.๔. มีปุ่มควบคุมการทำงานที่ตัวกล้องไม่น้อยกว่า ๔ ปุ่ม และสามารถเลือกหน้าที่การทำงานของปุ่มควบคุม ๔
ปุ่มบนตัวกล้องได้ ๔ แบบ

๑.๒.๕. สามารถตรวจหามะเร็งเบื้องต้นได้โดยใช้แสงแบบ Narrow Band Imaging (NBI)

๑.๒.๖. การต่อใช้งานกับเครื่องมีลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐานแต่ละชุด ประกอบด้วย

๑. แปรงล้างทำความสะอาด (Channel-opening Cleaning Brush)	๑	อัน
๒. ข้อต่อสำหรับล้าง (Suction Cleaning Adapter)	๑	เส้น
๓. ข้อต่อทำความสะอาดท่อน้ำ/ท่อลม (AW Channel Cleaning Adapter)	๑	อัน
๔. วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve; ๑๐ ชิ้น/ท่อ)	๑	ท่อ
๕. วาล์วท่อดูด (Suction Valve)	๑	อัน
๖. วาล์วท่อลม/ท่อน้ำ (Air/Water Valve)	๑	อัน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน


๒. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบอุปกรณ์


๓. มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยช่างผู้ชำนาญอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบ

๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ เตชะโกศล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายวิจักษณ์ ักัญญาคำ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางทองใส คงวัน)