



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๐๙๙

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอุ่นผ้าอ้อม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอุ่นผ้าอ้อม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอุ่นผ้าอ้อม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอุ่นผ้าอ้อม ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายชิตเขต โตเหมือน) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมัลลิกา โปตาพล) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายสรายุทธ ไชยสิทธิ์) กรรมการ

(นายชวสิทธิ์ หล้าทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

พันเอก

(นายอุบล รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายเจริญ นิลสุ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องอุ่นผ้าอ้อม จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. ร้านวีเอส เมดิคอล อีคิวแมนท์
 ๒. ร้านเคเอส เกอร์เท็กซ์ เมดิคอล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
 ๓. บริษัท วิชายน์ เมดิค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายชิตเขต โตเหมือน	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมลลิกา โปตาพล	กรรมการ
๓. นายสรายุทธ ไชยสิทธิ์	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องอุ่นผ้าอ้อม
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๓

๑. ความต้องการ เครื่องสำหรับอุ่นผ้าอ้อมทารกแรกเกิด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องสำหรับอุ่นผ้าอ้อมทารกแรกเกิด หรือห่อหุ้มเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยใช้ความร้อน
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นเครื่องสำหรับอุ่นผ้าอ้อมสำหรับทารกแรกเกิด หรือห่อหุ้มเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยใช้ความร้อน
 - ๓.๒ ใช้กระแสไฟฟ้า ๑๘๐-๒๔๐ โวลท์
 - ๓.๓ สามารถปรับอุณหภูมิในการอุ่นผ้าอ้อมได้ตั้งแต่ ๕°C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง ๖๐°C พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๔.๑ ตู้ทำด้วยสแตนเลส ๒ ชั้น กรุด้วยฉนวนความร้อน ด้านหน้าเป็นประตูกระจกใสทนความร้อนปิด-เปิดได้ สามารถมองเห็น
สิ่งของที่ต้องการอุ่นได้ เคลื่อนที่ได้ด้วยล้อ ๔ ล้อ ล็อกล้อได้ ๒ ล้อ
 - ๔.๒ มีระบบหมุนเวียนความร้อนภายในตู้ตามแนวตั้ง เป็นแบบพัดลมเป่าความร้อนจากบนลงสู่ส่วนล่างของตู้ และหมุนเวียนนำ
ความร้อนกลับมาใช้งานอีก ทำให้ความร้อนแพร่ไปได้ทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็วรักษาอุณหภูมิได้คงที่ และ
ประหยัดพลังงาน มีแผ่นกรองอากาศร้อนที่หมุนเวียนกลับในระบบ
 - ๔.๓ สามารถแสดงค่า อุณหภูมิที่ควบคุม และอุณหภูมิจริงในตู้เป็นตัวเลข ควบคุมการทำงานด้วยไมโครเซส
เซอร์ ที่สามารถเลือกรูปแบบการควบคุมได้ และมีสัญญาณไฟแสดงสภาวะการทำงานของเครื่อง
 - ๔.๔ สามารถเลือกใช้งานได้ ๒ แบบ คือ แบบกำหนดเวลา หรือ แบบต่อเนื่อง
 - ๔.๕ ขนาดของตู้ภายนอก กว้างประมาณ ๖๕ ซม. ลึกประมาณ ๖๒ ซม. สูงประมาณ ๘๐ ซม.
 - ๔.๖ มีชุดทำความร้อนขนาดประมาณ ๘๐๐ วัตต์ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ ไซเกิล
 - ๔.๗ มีอุปกรณ์มาตรฐาน ดังนี้ -ชั้นวางตะแกรงสแตนเลส วางอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชั้น
 - ๔.๘ เครื่องมีอานการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า มาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑-๑ ส่งมอบพร้อมเครื่อง
 - ๔.๙ เครื่องมือต้องผ่านสอบเทียบค่าอุณหภูมิ ส่งมอบพร้อมใบรายงานผล
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย อย่างละ ๑ ชุด
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับจากวันรับมอบของครบ
 - ๕.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายชิตเขต โตเหมือน)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวมัลลิกา โปตาพล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายสรายุทธ ไชยสิทธิ์)