



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๕๖๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโคมไฟส่องตรวจ/ผ่าตัด LED ๓๖ ดวง ชนิดล้อเลื่อน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๗๗๔๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโคมไฟส่องตรวจ/ผ่าตัด LED ๓๖ ดวง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโคมไฟส่องตรวจ/ผ่าตัด LED ๓๖ ดวง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโคมไฟส่องตรวจ/ผ่าตัด LED ๓๖ ดวง ชนิดล้อเลื่อน เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(นายชวลวิทย์ หลาวทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางศิริภัทร คำภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิกุล สิงห์บุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิไลลักษณ์ วิเชียรลม)

พันเอก (นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายเจริญ นิลสุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ ไฟส่องตรวจ/ผ่าตัด LED ๓๖ ดวง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
 ๒. บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด
 ๓. บริษัท กู้ตวิว อินสตรูमेंท์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางศิริภัทร คำภู ประธานกรรมการ
 ๒. นางพิกุล สิงห์บุตรา กรรมการ
 ๓. นางสาววิไลลักษณ์ วิเชียรลม กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟส่องตรวจ/ผ่าตัด LED ๓๖ ดวง ชนิดล้อเลื่อน
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๕๖๓

๑. ความต้องการ โคมไฟส่องตรวจ ผ่าตัด LED คุณสมบัติตามที่กำหนด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ ใช้สำหรับให้แสงสว่างในงานตรวจ/ผ่าตัด
- ๒.๒ เป็นโคมไฟผ่าตัดให้แสงสว่างแบบล้อเลื่อน LED แบบแขนสมดุล
- ๒.๓ ให้แสงสว่างในระยะการใช้งานโยกหัวโคมขึ้นลงประมาณ ๔๕ องศา, ระยะปรับในการใช้งาน ๕๐ เซนติเมตร
- ๒.๔ ให้แสงที่สม่ำเสมอ ไม่มีอุณหภูมิและความร้อนเกิดขึ้นในขณะที่ทำการผ่าตัด
- ๒.๕ ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟฮาโลเจนถึง ๓ เท่า

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ฐานผลิตจากเหล็กหล่อขึ้นรูปทรงกลม ๕ แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร พร้อมล้อ
- ๓.๒ แกนเสาผลิตจากเหล็กท่อแป๊บทำสี่เหลี่ยมป้องกันสนิมตลอดอายุการใช้งาน ความสูงประมาณ ๑๕๑ เซนติเมตร จากฐานล้อเลื่อน และความสูงจากพื้น ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร
- ๓.๓ แขนโคมไฟปรับขึ้นได้ประมาณ ๔๕ องศา ปรับลงได้ประมาณ ๖๐ องศาปรับหมุนได้รอบแกน ประมาณ ๓๖๐ องศา
- ๓.๔ เส้นผ่าศูนย์กลางโคม ๓๐ เซนติเมตรมีมือจับพร้อมปลอกยางซิลิโคนหุ้มสำหรับนั่งฆ่าเชื้อ
- ๓.๕ เส้นผ่าศูนย์กลางแสงในระยะโฟกัส ๑ เมตร
- ๓.๖ ใช้หลอด LED จำนวน ๓๖ ดวงอายุใช้งานของหลอด ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V. ๕๐ Hz. แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ไม่เกิน ๒๔ V.
- ๔.๒ มีแบตเตอรี่สำรองขนาด ๔.๕ A. สามารถใช้งานกรณีไฟดับได้ไม่ต่ำกว่า ๓ ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จไฟบ้าน ๒๒๐ V. ประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง
- ๔.๓ ความส่องสว่างเป็น ๕๐,๐๐๐ ลักซ์ ณ ระยะใช้งานความสูง ๔๑ ซม.
- ๔.๔ อุณหภูมิพื้นผิวของแสง ๔-๖,๐๐๐ เคลวิน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ รับประกันสินค้า ๑ ปี
- ๕.๒ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย
ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
(นางศิริภัทร คำภู)

(ลงชื่อ).....
(นางพิกุล สิงห์บุตร)

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไลลักษณ์ วิเชียรลม)