

คุณลักษณะเฉพาะ

ถุง Suction dispose ๑,๕๐๐ ซีซี (ถุงเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี

คุณลักษณะเฉพาะ


๑. เป็นถุงใสทำจากโพลีเอทิลีน ( polyethylene ) และไม่มีส่วนประกอบของโลหะ เป็นแบบชนิดใช้แล้วทิ้งสามารถใช้ได้จนเต็ม
๒. ฝาทำจาก โพลีโพรไพลีน ( polypropylene )
๓. ฝาและตัวถุงเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันจากกระบวนการผลิต โดยผ่านกรรมวิธีการเชื่อมต่อด้วยความร้อน ไม่เป็นตะเข็บ และไม่ใช้ห่วงรัด ( Construction with no seams ) เป็นทรงกระบอกเมื่อเต็มสามารถตั้งได้
๔. ถุงมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อสารคัดหลั่งเต็มถุงไม่รั่วหรือแตกสามารถทนต่อแรงกระแทกเมื่อตกลงพื้น
๕. ถุงมีความจุขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิลิตร
๖. มีระบบป้องกันการล้นของสารคัดหลั่งเข้าระบบ Pipeline ของโรงพยาบาล ( Mechanical Shut off Valve แบบ Float Type หรือ ลูกลอย ) โดยติดอยู่ด้านล่างของ vacuum port และใช้การเชื่อมต่อด้วยความร้อน ไม่ใช้การยึดด้วยโลหะ
๗. มีแผ่นกรองแบคทีเรียเป็นชนิด Two Stage Hydroscopic มีขนาดในการกรองไม่เกิน ๐.๔๕ micron และมีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๕ ทำให้ลดการเกิด cross contamination
๘. มีระบบป้องกันเลือดและสารคัดหลั่งไหลย้อนกลับไปหาผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานภายในช่อง Patient ( Internal one - way valve) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคภายในถุงรองรับสารคัดหลั่ง
๙. มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดแรงดูดสุญญากาศที่ตัวกระบอกภายนอก และกระบอกด้านนอกผลิตจาก polycarbonate สามารถบอกปริมาตรของสารคัดหลั่งที่ดูดจากผู้ป่วย


เงื่อนไขอื่นๆ


๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางบุษบา วงศ์พิมล) (นางเพียงใจ เวชวงศ์) (นางพรรณณี วงศ์อำมาตย์)

๒. มีเอกสารรับรองประสิทธิภาพของแผ่นกรองเชื้อที่ผ่านกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ
๓. มีเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕
๔. ขนาดบรรจุ ๑ ชั้น ต่อ ๑ pack และบรรจุในซองพลาสติกสะอาด
๕. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๖. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางบุษบา วงศ์พิมล)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางพียงใจ เวชวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางพรรณี วงศ์อามาตย์)