



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร.๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๘

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๑๖๗๒

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๔๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๖ ท่อ ด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๖ ท่อๆ ละ ๕,๔๑๓.๙๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๔,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัมพร แสงคุณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ ธารจันทร์)

๐๔/๗

(นายชลวิทย์ พลาวทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๖ ท่อ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๙๕,๙๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑๙๕,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๔.๑ บริษัท โฟกัส เมดิคอล จำกัด
 - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด
 - ๔.๓ บริษัท พีพีที เมดิคอล ซัพพลายส์ จำกัด
 - ๔.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปานเซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอัมพร แสงคุณ กรรมการ
 ๓. นายเสกสรรค์ ธารจันทร์ กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๕๖๓

๑. ความต้องการ

๑.๑ ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

๒. รายละเอียดในการซ่อม

๒.๑ ใช้เป็นท่อสำหรับบรรจุก๊าซ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ทางการแพทย์

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ท่อทำด้วยเหล็กหนา พันสีเขียวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของออกซิเจนที่ใช้ทางการแพทย์

๓.๒ ท่อออกซิเจนเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีความหนาทนต่อแรงกระแทก

๓.๓ ท่อออกซิเจนบรรจุด้วยก๊าซออกซิเจนเพื่อใช้ทางการแพทย์

๓.๔ หัววาล์วของท่อเป็นแบบพวงมาลัย CGA-๕๔๐

๓.๕ ขนาดความสูงของท่อไม่น้อยกว่า ๑๓๕ cm เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๒ cm

๓.๖ ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๕๔๐-๒๕๕๕

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นท่อออกซิเจนใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันรับมอบของครบ

ราคากลาง จำนวน ๓๖ ท่อๆละ ๕,๔๑๓.๙๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๔,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัมพร แสงคุณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ ธารจันทร์)