

คุณลักษณะเฉพาะ

น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความต้องการ

ใช้เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาด สารคัดหลั่งต่างๆ รวมทั้ง Biofilm ให้นำหลุดออกจากเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้ทั้งการล้างด้วยมือ การล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิค และการล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ ก่อนขั้นตอนการทำให้ปราศจากเชื้อ

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. มีคุณสมบัติในการขจัดคราบ ลดแรงดึงผิว สามารถย่อยสลายคราบโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และขจัด Biofilm ได้
๒. มีคุณสมบัติค่าความเป็นกรด - ด่าง เป็นกลาง ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ สามารถใช้กับวัสดุประเภท สแตนเลส ยาง ซิลิโคน แก้ว เซรามิก ไฟเบอร์ออฟติก เหล็ก ไม้ พลาสติกต่างๆ
๓. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable) ไม่เป็นพิษต่อระบบบำบัดน้ำเสีย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ระคายเคือง
๔. น้ำยาใส ไม่มีฟอง สามารถใช้ที่อุณหภูมิห้องได้ ไม่ต้องใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนในการผสม
๕. วัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดกึ่งในการจัดเก็บ และใช้งาน เช่นในภาชนะแกลลอนมีหัวปั๊มกำหนดอัตราส่วน และระบุวันผลิต วันหมดอายุชัดเจน

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. ในกรณีที่เคมีภัณฑ์ผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตของกระทรวงสาธารณสุข (GMP) ในหมวดเคมีภัณฑ์ที่เสนอขาย ในกรณีที่เคมีภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเคมีภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเคมีภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
๓. ให้เสนอราคาต่อแกลอนที่ยังไม่ผสม และราคาต่อลิตรที่ผสมเสร็จแล้ว
๔. สินค้าที่จัดส่งต้องเหลือวันหมดอายุมากกว่า ๒ ปี หากชำรุด/แตกหัก/ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนคืนได้ โดยผู้เสนอราคาไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับทางโรงพยาบาล
๕. บริษัทผู้ผลิตต้องมีมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และต้องมี SDS (safety data sheet)

ลงชื่อ.....*สุพัตน์ ศรีธัญญรัตน์*.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*ปรีญา บุตรดีวงศ์*.....กรรมการ ลงชื่อ.....*จิตรกัญญา พรหมทองแสน*.....กรรมการ

(นางสุพัตน์ ศรีธัญญรัตน์)

(นางปรีญา บุตรดีวงศ์)

(นางจิตรกัญญา พรหมทองแสน)

๖. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ.....*สมิทธิ์*.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*ปิ่น*.....กรรมการ ลงชื่อ.....*ดก*.....กรรมการ
(นางสุพัฒน์ ศรีธัญญรัตน์) (นางปรีญา บุตรดีวงศ์) (นางจิตร์กัญญา พรหมทองแสน)