

คุณลักษณะเฉพาะ
Syringe Plastic ขนาด ๓ ซีซี, ๕ ซีซี, ๑๐ ซีซี, ๒๐ ซีซี, ๕๐ ซีซี
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

คุณลักษณะทั่วไป กระจกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. กระจกฉีดยามีส่วนประกอบ 3 ชั้น คือ

๑.๑ กระจกฉีดยา (Barrel)

- ทำจากสาร Polypropylene (Medical Grade) : ชนิดโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นระดับยาในกระจกฉีดยา และตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย ไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด มีขีดบอกปริมาตร เป็นมิลลิลิตร ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่านง่าย ที่ปลายกระจกฉีดยา มีสัน (RIM) ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยา (Plunger)

๑.๒ ก้านฉีดยา (Plunger)


- ทำจากสาร Polypropylene (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

๑.๓ ส่วนปลายก้านฉีดยา (Gasket)


- ทำจากสารสังเคราะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด เป็นแบบ Double Ring Gasket ออกแบบพิเศษป้องกันไม่ให้ก้านฉีดยา หลุดจากกระจกฉีดยาได้ง่ายและป้องกันอากาศซึมผ่าน รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลของน้ำยา (Leakage) เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ)

๒. การบรรจุและการทำให้ปราศจากเชื้อ

- กระจกฉีดยาแต่ละชิ้น บรรจุในซองเดี่ยวแบบ Blister Pack ชนิด Double Plastic Sheet ทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้น ทำให้มีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนเชื้อในขณะเปิดซอง และบรรจุรวมในกล่องซึ่งมีฉลากภาษาไทยกำกับอยู่ ทำให้ปราศจากเชื้อโดย Electron Beam หรือ Gammaray

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางยุพา อธิสมงคล)

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางนัตดา พูนสวัสดิ์พงศ์)


ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางบุษบา แก้วไพฑูรย์)

เงื่อนไขอื่นๆ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. ผู้ผลิตหรือผู้ยื่นต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ด้านการจัดเก็บและการจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยมีเอกสารประกอบ
3. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
4. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะ กรรมการอาหารและยา
5. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางยุพา อธิสุขมงคล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนัตตา พูนสวัสดิ์พงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางบุษบา แก้วไพฑูรย์)