



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๒๔๕๖

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องทำความสะอาดสาย TEE (Tranesophageal Echocardiogram)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องทำความสะอาดสาย TEE (Tranesophageal Echocardiogram) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องทำความสะอาดสาย TEE (Tranesophageal Echocardiogram) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

### ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องทำความสะอาดสาย TEE (Tranesophageal Echocardiogram) จำนวน ๑ เครื่อง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(นายชลวิทย์ หลาวทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย แก้วสมศรี)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวโชติกา ไชยวงษ์)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวโสภา สารธรรมศรี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องทำความสะอาดสาย TEE (Tranesophageal Echocardiogram)  
จำนวน ๑ เครื่อง หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
สืบราคาจากท้องตลาด
  ๑. บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ๒. บริษัท อินฟอร์เมด แพคส์ จำกัด
  ๓. บริษัท อูตร เมดิคอล จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นายฉัตรชัย แก้วสมศรี ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวโชติกา ไชยวงษ์ กรรมการ
  ๓. นางสาวโสภา สุวรรณศรี กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ


เครื่องทำความสะอาดสาย TEE (Tranesophageal Echocardiogram)

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่


๒๕๖๓

๑. ความต้องการ เครื่องทำความสะอาดสาย TEE (Tranesophageal Echocardiogram)
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ล้างทำความสะอาดหัวตรวจหัวใจทางหลอดอาหาร (TEE Transducer) ของเครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Vivid S๗๐
๓. คุณสมบัติทั่วไป
- ๓.๑ คุณสมบัติเครื่องล้างหัวตรวจหัวใจทางหลอดอาหาร
- ๓.๑.๑ ใช้ล้างทำความสะอาดหัวตรวจหัวใจทางหลอดอาหาร ที่ใช้กับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Vivid S๗๐ ที่ทางโรงพยาบาลใช้อยู่
- ๓.๑.๒ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากถ่าน Lithium PP๓ ขนาด ๙ โวลต์
- ๓.๑.๓ เครื่องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลกรัม
- ๓.๑.๔ สภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องควรอยู่ในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิมาตรฐานในช่วง ๒๐-๔๐ องศาเซลเซียส
- ๓.๒ ได้รับมาตรฐาน EN/IEC ๖๑๐๑๐-๑ และ UL ๖๑๐๑๐-๑
๔. เงื่อนไขเฉพาะ
- ๔.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้เครื่องและการดูแลรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้งานได้ดี
- ๔.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๔.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ  
(นายฉัตรชัย แก้วสมศรี)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นางสาวโชติกา ไชยวงษ์)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นางสาวโสภา สุวรรณศรี)