

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)  
การจัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูป เพื่อตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี ในเลือดแบบอัตโนมัติ

ข้อกำหนดเฉพาะ คะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน กำหนดให้

๑. ราคาที่เสนอ คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ ๔๐ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) (คำนวณจากหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง)
๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทางราชการ คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ ๖๐ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

เกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพและคุณสมบัติ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทางราชการ กำหนดการให้คะแนนสำหรับชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA๑C) ในเลือดแบบอัตโนมัติ(คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

๒.๑ คุณสมบัติเชิงคุณภาพที่เสนอ (๓๐ คะแนน)




๒.๑.๑ มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงในประเทศไทยที่ใช้น้ำยาทดสอบหา HbA๑C ผ่านการรับรองมาตรฐาน NGSP ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง	คะแนนที่ได้ (๓๐ คะแนน)
- มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงในประเทศไทย ที่ใช้น้ำยาทดสอบหา HbA๑C ผ่านการรับรองมาตรฐาน NGSP มากกว่า ๕ แห่ง	๓๐
- มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงในประเทศไทย ที่ใช้น้ำยาทดสอบหา HbA๑C ผ่านการรับรองมาตรฐาน NGSP น้อยกว่า ๕ แห่ง	๐

๒.๒ คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

๒.๒.๑ น้ำยาตรวจวิเคราะห์เป็นแบบ Ready to use สะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียม ผสม หรือ invert หรือตั้งทิ้งไว้ก่อนการใช้งาน (ข้อมูลตาม Package insert) เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น (ความผิดพลาดในการเตรียมน้ำยาและ Delay TAT)	คะแนนที่ได้ (๒๐ คะแนน)
- เป็นน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (Ready to use) ไม่ต้องเตรียม ผสม หรือละลายก่อนใช้งานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๒๐
- น้ำยามีขั้นตอนการเตรียม , ผสม หรือ invert หรือตั้งทิ้งไว้ก่อนการใช้งาน	๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวิจักขณ์ กัญญาคำ) (นางกฤติณา พลเชื้อ) (นายอรรถพล บุญทวี)

๒.๒.๒ ระบบเครื่องมีการผสมน้ำยากับสิ่งส่งตรวจเพื่อให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการสัมผัสสิ่งส่งตรวจ ( Non invasive )	คะแนนที่ได้ (๑๐ คะแนน)
- ระบบเครื่องมีการผสมน้ำยากับสิ่งส่งตรวจเพื่อให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการสัมผัสสิ่งส่งตรวจ ( Non invasive mixing )	๑๐
- ระบบเครื่องมีการผสมน้ำยากับสิ่งส่งตรวจเพื่อให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการสัมผัสสิ่งส่งตรวจ ( invasive mixing )	๐

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) .....กรรมการ (ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายวิจักขณ์ กัญญาคำ) (นางกฤติณา พลเชื้อ) (นายอรรถพล บุญทวี)