

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดสำหรับให้น้ำเกลือ หรือยา หรือสารละลาย ปราศจากยางธรรมชาติ (latex free) ใช้สำหรับเครื่อง infusion pump

คุณสมบัติเฉพาะ

1. วัสดุสาย (Tubing) ทำด้วยสารสังเคราะห์ พีวีซี ปราศจาก Di (๒-ethylhexyl) phthalate (DEHP) คุณภาพสูง ใสและนิ่ม บิดงอได้โดยไม่เสียรูปร่าง มีความยาวประมาณ ๒๑๕ - ๒๒๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๔.๕ มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๓.๒ มม.
2. ปลายสายมี Injection site และ Adaptor ระหว่าง Injection site และ Adaptor มี Filter ขนาด ๔๐ ไมครอน ซึ่งจะทำหน้าที่กรองน้ำเกลือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าร่างกายคนไข้
3. ที่แทงจุดขุดน้ำเกลือเป็นเดือยพลาสติก (Plastic spike) แหสมและแข็ง มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง (Plastic protector)
4. กระเปาะสำหรับให้น้ำเกลือหยด (Drip Chamber) ทำด้วยสาร Polypropylene ใส สามารถมองเห็นน้ำเกลือหยดได้ง่าย
5. มี Drip.port ควบคุมการไหลของน้ำเกลือขนาด ๒๐ หยด / ซีซี
6. ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติกชนิดรีบบอนแพค ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอธิลีนออกไซด์แก๊ส

เงื่อนไขอื่นๆ

1. ผู้เสนอราคาหรือโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยมีเอกสารประกอบ
2. ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
3. ผู้เสนอราคาต้องทำสัญลักษณ์ ระบุคุณลักษณะ ให้ตรงกับคุณลักษณะเพื่อความสะดวกต่อการพิจารณา
4. สามารถใช้กับเครื่อง Infusion pump ยี่ห้อ TERUMO ที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่เดิม เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการควบคุมปริมาตรสารน้ำได้เป็นอย่างดี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธพงษ์ ชำนาญเอื้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเพียงใจ เวชวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวริศรา พัดโท)

๕. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๖. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธพงษ์ ชำนาญเอื้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเพียงใจ เวชวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรริศรา พัดโท)