



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๗๖๗๙

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางเครื่องวัดออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๙๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๓๙,๒๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๖,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการทุกขั้นตอนตามวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางระเบียบ พิพัฒน์มงคล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางอุไรพรณ์ ทิตจันทิก)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางปิยพร ศรีพนมเขต)

1๕/๑๑/๒๕๖๓
.....
.....

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายอุบลรัตน์ พันธุ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ คือ เครื่องวัดออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
จำนวน ๑๕๗,๖๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑๕๖,๘๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท ไฟกัส เมดิคอล จำกัด
 ๒. บริษัท พีพีที เมดิคอล ซัพพลายส์ จำกัด
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสน พี เมด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางระเปียบ พิพัฒน์มงคล ประธานกรรมการ
 ๒. นางอุไรพรณ์ ทิดจันทิก กรรมการ
 ๓. นางปิยพร ศรีพนมเขต กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร
ตามประกาศลงวันที่

๑. ความต้องการ

เครื่องวัดออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ขนาด ๓๖๕ X ๓๗๕X ๖๐๐ มม.

๓.๒ หน้า LCD

๓.๓ ระบบลดความร้อน (Colling technology) ยืดอายุการใช้งาน

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ ช่วงการไหล ๐-๑๐ ลิตร/นาที

๔.๒ ความเข้มข้นของออกซิเจน ๙๓+๓%

๔.๓ ความดันออกสูงสุด ๐.๐๔-๐.๐๗ MPa

๔.๔ เสียง ไม่เกิน ๕๐ เดซิเบล

๔.๕ ใช้ไฟ กระแสสลับ ๒๓๐V/๕๐Hz

๔.๖ กำลังไฟเข้า ไม่เกิน ๘๘๐ W

๔.๗ หน้าจอแสดง Switch times, Operating Pressure, Operating

time/Timing, Accumulated time

๔.๘ สามารถตั้งเวลาได้ ๑๐ นาที ถึง ๔๐ ชั่วโมง

๔.๙ สัญญาณเตือน กำลังไฟขัดข้อง, ความดันสูง หรือต่ำ

๔.๑๐ สามารถต่อชุดพ่นยาได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ราคากลางจำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๓๙,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๖,๘๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางระเบียบ พิพัฒมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุไรพรณ์ ทิดจันทิก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยพร ศรีพนมเขต)

4052

4/11/63

7272