



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๗๙๘๐

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางเครื่องช่วยขบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๙๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยขบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยขบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการทุกขั้นตอนตามวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยขบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ อมรพิกุลทอง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสุกฤกษ์ม์ ตันทอง)

อนุมัติ

(นายชาญชัย จันทรรักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายอุบล รัตนพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พันเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายยืนยง ไชยงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ คือ เครื่องช่วยขบวนการป้อนและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
จำนวน ๙๘๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท เซนต์เมต จำกัด
 ๒. บริษัท เจ ที เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ๓. บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) (สำนักงานใหญ่) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายพิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวสุพรรณิชา ซาซุม กรรมการ
 ๓. นางสาวสุภลักษณ์ ตันทอง กรรมการ


คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องช่วยขบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่


๒๕๖๓

๑. ความต้องการ เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ
๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในการนวดหัวใจก่อนทำการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า โดยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น(Cardiac Arrest) เพื่อเพิ่ม Coronary Perfusion Pressure(CPP) ทำให้มี ROSC มากขึ้น
๓. คุณลักษณะทั่วไป
- ๓.๑ เป็นเครื่องกดหน้าอกผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพในกรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
- ๓.๒ ตัวเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์รองหลังผู้ป่วย ชุดกดหน้าอก
- ๓.๓ มีแผงแสดงการควบคุมการทำงานของเครื่องในแต่ละขั้นตอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ปฏิบัติงาน
- ๓.๔ มีที่ยึดแขนผู้ป่วยที่ติดมากับตัวเครื่องเพื่อให้มีความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
- ๓.๕ ตัวเครื่องมีการทำงานในสองโหมดคือ Continuous Compression และ ๓๐:๒
- ๓.๖ ตัวเครื่องมีความสูง ๕๙ cm และกว้าง ๕๗.๖ cm
- ๓.๗ สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีความสูงของหน้าอก ๑๗.๖ - ๒๘.๔ cm และความกว้างของหน้าอกได้ถึง ๕๐ cm
- ๓.๘ สามารถกดหน้าอกได้ความลึก ๕.๕ ± ๐.๕ cm. และความเร็ว ๑๑๐ ± ๑๐ ครั้งต่อนาที
- ๓.๙ ตัวเครื่องมีความจุของแบตเตอรี่ ๓๕๕๐ mAh และสามารถทำงานต่อเนื่องโดยใช้แบตเตอรี่ได้อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง
- ๓.๑๐ มีสัญลักษณ์บอกปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
- ๓.๑๑ มีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งการวางผู้ป่วยที่แผ่นรองหลัง
๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- | | |
|--|-----------------|
| ๔.๑ แผ่นรองหลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๒ ชุดโครงครอบกดหน้าอก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๓ แผ่นรองกดหน้าอก | จำนวน ๑๐๐ อัน |
| ๔.๔ เครื่องเครื่องช่วยขบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | จำนวน ๑ เครื่อง |
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
- ๕.๑ ผู้ขายได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๕.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
- ๕.๓ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๔ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันตรวจรับ
- ๕.๕ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ๕.๖ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวสุภลักษณ์ ต้นทอง)