

**คุณลักษณะเฉพาะ**  
**น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับเครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา**  
**โรงพยาบาลร้อยเอ็ด**

**คุณลักษณะทั่วไป**

เพื่อใช้ในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ

**คุณลักษณะเฉพาะ**


เป็นสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๕๕-๖๐%


**คุณสมบัติทางเทคนิค**


๑. ใช้งานกับเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ(ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา) สำหรับอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ รวมถึง Endoscope (Rigid และ Flexible)
๒. บรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัยและป้องกันการสัมผัสสารละลายโดยตรงของผู้ปฏิบัติงาน
๓. ใช้ได้กับเครื่องที่มีในโรงพยาบาลหรือมีเครื่องให้โรงพยาบาลใช้งาน
๔. บรรจุภัณฑ์มีการปิดผนึกที่ดีป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี
๕. มีอายุการใช้งาน ๒ ปี นับจากวันผลิต

**เงื่อนไขเฉพาะ**

๑. บริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๒. บริษัทผู้จำหน่ายต้องวางเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำหรือมีเครื่องที่ใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา) พร้อมการบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย ตลอดอายุการใช้งาน
๓. ผู้ขายต้องแสดงขนาดของเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ / ขนาดของ Chamber ที่ใช้งานจริงและขนาดของปริมาณน้ำยาที่ใช้ต่อบรรจุภัณฑ์ในการใช้ 1 รอบ
๔. กำหนดส่งของภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ได้ใบสั่งซื้อ
๕. กรณีปนเปื้อนหรือสงสัยว่าจะปนเปื้อนขณะขนส่ง ทางผู้จำหน่ายต้องดำเนินการเปลี่ยนให้ทั้งหมดทันทีภายใน ๗ วัน
๖. ราคาที่เสนอยื่นราคานี้ตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เปิดสอบราคา
๗. บริษัทต้องผ่านการประเมินแบบ Price performance และมีคะแนนประเมินสูงสุด
๘. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายวิบูลย์ เตชะโกศล)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสุพัตน์ ศรีธัญรัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางจิตรกัญญา พรหมทองแสน)

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance)  
ข้อกำหนดเฉพาะ คะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน กำหนดให้

ลำดับที่	รายละเอียด	คะแนน
๑.	<u>เกณฑ์ด้านราคา</u> ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาน้ำยาต่อการอบเครื่องมือหนึ่งรอบมาตรฐาน ต่อ ปริมาตร ๑ ลิตร	๕๐
๒.	<u>เกณฑ์ด้านคุณภาพ</u> ๒.๑ บรรจุภัณฑ์เป็น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวต่อการอบเครื่องมือ และมีระบบทิ้งภาชนะบรรจุสารละลายแบบอัตโนมัติโดยไม่สัมผัสโดยตรงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ๒.๒ มีรูปแบบการทำงานให้เลือกตามความเหมาะสมของชนิดเครื่องมือ (Modการทำงาน) ๒.๓ ด้านมาตรฐานสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ , CE Mark , FDA - มีมาตรฐาน ๓ มาตรฐาน = ๑๐ คะแนน - มีมาตรฐาน ๒ มาตรฐาน = ๗ คะแนน - มีมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน = ๔ คะแนน ๒.๔ บริษัทผู้จำหน่ายต้องวางเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำหรือมีเครื่องที่ใช้ งานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด(ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสติก)พร้อมการ บำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย ตลอด อายุการใช้งาน ๒.๕ มีช่างให้บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีเครื่องให้ใช้งาน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒.๖ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ในการใช้เครื่องไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์พลาสติก (IFU) - รับรอง ๔ บริษัท = ๕ คะแนน - รับรอง ๓ บริษัท = ๓ คะแนน - รับรอง ๒ บริษัท = ๑ คะแนน - รับรอง ๐ บริษัท = ๐ คะแนน	๑๐ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิบูลย์ เตชะโกศล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสุพัฒน์ ศรีธัญรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางจิตร์กัญญา พรหมทองแสน)