

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์
ขวดเพาะเชื้อจากเลือดสำหรับผู้ใหญ่ (ขวด Hemoculture)
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑. ความต้องการ

ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรีย และยีสต์ในเลือด เลือด หรือ Sterile body fluids จำนวน ๓๗,๓๕๔ bot

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เพาะเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ในเลือด หรือ Sterile body fluids เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ในขวดมีสารดูดซับ antibiotics เพื่อช่วยในการ neutralize ยาปฏิชีวนะต่างๆ ที่มีอยู่ในเลือดผู้ป่วย
- ๓.๒ ตรวจวิเคราะห์ด้วยหลักการ colorimetric sensor
- ๓.๓ สามารถใช้ได้กับตัวอย่างเลือดและ หรือ sterile body fluid โดยมีเอกสารระบุในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๔ ขวดเพาะเชื้อที่ส่งมอบต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๓.๕ ภาชนะที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นขวดพลาสติกชนิดทนต่อแรงกระแทกไม่แตกง่าย เพื่อป้องกันการแตกกระจาย
- ๓.๖ ขวดเพาะเชื้อต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Mark และ USFDA หรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ๓.๗ เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิ ๑๕ - ๓๐ องศาเซลเซียส

๔. เงื่อนไขพิเศษ

- ๔.๑ บริษัทยินดีจัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจหาเชื้อในเลือดที่สามารถนำขวดอาหารเลี้ยงเชื้อเข้าปมและดึงขวดทิ้งอัตโนมัติ สามารถใส่ขวดหรือบมได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ขวด
- ๔.๒ บริษัทยินดีเป็นผู้รับผิดชอบวิธีการใช้งานให้กับบุคลากรของห้องปฏิบัติการ โดยไม่คิดมูลค่า
- ๔.๓ บริษัทยินดีแสดงหน่วยงานอ้างอิงที่เป็นมหาวิทยาลัย หรือ โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ขายมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี หรือมีสัญญาซื้อขายกันอย่างน้อยหนึ่งปี
- ๔.๔ บริษัทยินดีส่งสินค้าที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ และจะต้องมีหนังสือรับรองว่ามี lot. น้ำยามากกว่า ๖ เดือน ในประเทศไทย
- ๔.๕ บริษัทมีแผนและดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือและสอบเทียบให้เครื่องมือพร้อมใช้ตลอดเวลา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าอะไหล่ ค่าบริการ ตลอดจนน้ำยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบกรณีเครื่องชำรุดเสียหายในขณะที่ปฏิบัติงาน บริษัทยินดีดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังจากดำเนินการซ่อมแซม แล้วยังทำงานบกพร่องมากกว่า ๓ ครั้งใน ๑๒ เดือนทางบริษัทยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่พร้อมใช้งานให้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพัฒพงษ์ มงคลแก่นทราย) (นางเนาวรัตน์ วังนาดี) (นายสุพจน์ ลามี่)

๕. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๕.๑ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผู้ผลิตหรือสถานประกอบการการนำเข้า และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๖. หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

เนื่องจากความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพ ต่อการเพาะเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ในเลือด และ Sterile body fluids เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือด ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลเครือข่าย จึงมีความจำเป็นต้องเสนอปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพต่อราคา ทำให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ดังตารางที่ ๑. ตัวชี้วัดคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเกณฑ์การให้คะแนน สำหรับขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ในเลือด และ Sterile body fluids กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยใช้แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบฟอร์มการประเมินผลแต่ละบริษัทผู้เสนอราคา เพื่อประเมินผู้เสนอราคาแต่ละราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพัฒนพงษ์ มงคลแก่นทราย) (นางเนาวรัตน์ วังนาดี) (นายสุพจน์ ลามี่)