



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๕๙๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดควัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๐๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

อนุมัติ

(นายชานุกัน จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายชิตเขต โตเหมือน)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสรายุทธ ไชยสิทธิ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวอรวิศเนตร มงคลมะไฟ)

เห็นเอก

นายอินขง ไชยวงศ์

(ศิริพล บุญรินทร์)

(นายอุษณ รัตนพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ๒. บริษัท เอ็นโดเมต (๑๙๙๙) จำกัด
 ๓. บริษัท สไปโร เมด จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 ๑. นายชิตเขต โตเหมือนประธานกรรมการ
 ๒. นายสรายุทธ ไชยสิทธิ์กรรมการ
 ๓. นางสาวอรวิศเนตร มงคลมะไฟกรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูดควัน

๑. ความต้องการ เครื่องดูดควันและกลิ่นเพื่อกรองเชื้อโรคในขณะผ่าตัด มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องดูดควันและกลิ่นทางการแพทย์ ที่เกิดจากการใช้เครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้าหรือเครื่องผ่าตัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่แพทย์และพยาบาลในห้องผ่าตัด

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ใช้สำหรับดูดควันและกลิ่นที่เกิดจากการผ่าตัด
- ๓.๒ น้ำหนักเบาไม่เกิน ๖ กิโลกรัม และสามารถใช้งานง่าย
- ๓.๓ การถอดเปลี่ยนตัวกรองสามารถทำได้ง่าย และสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- ๓.๔ ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ ๒๒๐-๒๔๐ Volt ๕๐/๖๐ Hz

๔. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๔.๑ มีช่องเสียบสายดูดควันเพื่อเลือกใช้งานได้ ๓ ขนาด ได้แก่
- ๔.๑.๑ สายดูดควันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔" (๖mm)
- ๔.๑.๒ สายดูดควันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘" (๙.๕mm)
- ๔.๑.๓ สายดูดควันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗/๘" (๒๒mm)
- ๔.๒ มีปุ่มปรับระดับแรงดูดที่หน้าจอเครื่อง
- ๔.๓ มีไฟแสดงอายุการใช้งานคงเหลือของไส้กรอง และระดับแรงดูดของตัวเครื่องที่หน้าจอเครื่อง
- ๔.๔ ตัวกรอง (filter) สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่สุด ๐.๑ ไมครอน โดยมีประสิทธิภาพ ๙๙.๙๙๙%
- ๔.๕ ตัวกรอง (filter) มีระบบการกรอง ๔ ขั้นตอน คือ Gross particulate filter, ULPA grade media, Activated carbon (odor adsorption) และ Post filter
- ๔.๖ ตัวกรอง (filter) มีอายุการใช้งานสูงสุด ๓๕ ชั่วโมง
- ๔.๗ สามารถควบคุมการทำงานของแรงดูดด้วยเท้า (Pneumatic footswitch) และที่หน้าจอเครื่อง (Control panel)

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๕.๑ เป็นเครื่องใหม่พร้อมทำการติดตั้ง และมีการสอนการใช้งาน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม
- ๕.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายชิตเขต โตเหมือน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสรายุทธ ไชยสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวอริศเนตร มงคลมะไฟ)