



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๕๖๒

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดงานจ้างซ่อมกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Olympus รุ่น CF-HQ ๑๙๐L จำนวน ๑ ตัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๘๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลางงานจ้างซ่อมกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Olympus รุ่น CF-HQ ๑๙๐L จำนวน ๑ ตัว ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดและราคากลางงานจ้างซ่อมกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Olympus รุ่น CF-HQ ๑๙๐L จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลางงานจ้างซ่อมกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Olympus รุ่น CF-HQ ๑๙๐L ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้รายละเอียดและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางศรินทรา โคตะโน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทองใส คงวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

อนุมัติ

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายอินขง ไชยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(คิวพล บุญรินทร์) (นายอุบล รัตนพันธ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างงานซ่อมกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Olympus รุ่น CF-HQ ๑๙๐L จำนวน ๑ ตัว
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
(เนื่องจากเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางศรินทรา โคตะโน ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. นางทองใส คงวัน ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดและคุณสมบัติอะไหล่กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่

ความต้องการซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอด้วย การเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้กล้องส่องตรวจสามารถใช้งานได้ตามปกติ คุณสมบัติด้านเทคนิคอุปกรณ์สำหรับกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอ รุ่น CF-HQ๑๙๐L หมายเลขเครื่อง ๒๘๗๕๖๘๑ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังนี้

๑. ชุดสายส่องตรวจ/ D/E INSERTION UNIT

๑ ชุด

เป็นสายส่องตรวจสีดำมีมาตรฐานระยะทำงานประกอบด้วยสลิ้งส่วนเลี้ยวเบนที่ใช้สำหรับปรับมุมส่วนปลายโค้ง ใช้งานได้มีส่วนรับสัญญาณภาพ CCD ไฟเบอร์นำแสงและสามารถนำมาเชื่อมต่อเข้ากับชุดด้ามจับของรุ่น CF-HQ๑๙๐L ได้

๒. ตัวป้องกันสายส่องตรวจ / PROTECTOR

๑ ชิ้น

เป็นยางสีดำส่วนป้องกันสายส่องตรวจ ต่อระหว่างด้ามจับกับสายส่องตรวจได้

๓. ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก / Small Parts

๑ ชุด


น็อตสกรู และยางโอริง ตัวต่อเชื่อมอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆทั้งหมด


๔. เงื่อนไขเฉพาะ


๑. รับประกันคุณภาพ ๖ เดือน

๒. เป็นอุปกรณ์ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน และไม่เคยสาธิตมาก่อน

คากกลาง จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Olympus รุ่น CF-HQ ๑๙๐L จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางศิรินทรา โคตะโน)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางทองใส คงวัน)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)