

คุณลักษณะเฉพาะเข็มฉีดยาพลาสติก

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย


คุณลักษณะทั่วไป เป็นเข็มฉีดยาพลาสติกปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

คุณสมบัติเฉพาะ


๑. ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ
 - ๑.๑ ปลอกหุ้มเข็ม (Protector) ลักษณะโปร่งใส แข็ง ใช้เพื่อป้องกันการบิดงอ, ทิ่มแทงและปนเปื้อนของเข็ม
 - ๑.๒ ด้ามเข็ม (Hub) มีลักษณะโปร่งใส ระบุสีตามเบอร์เข็ม (Gauge) เป็นมาตรฐาน ทำจากสาร Polypropylene แข็งและไม่ทำปฏิกิริยาต่อยาทุกชนิด สามารถติดแน่นกับกระบอกฉีดยาได้โดยไม่รั่วซึมขณะฉีดยา
 - ๑.๓ เข็ม (Cannula) ทำจาก Stainless Steel (MEDICAL GRADE) ไม่เป็นสนิม ปลายเข็มเป็นแบบ Double Bevel หรือ Tri Lancet point เพื่อความคมและลดการเจ็บปวด ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน ทำให้ลื่นและง่ายต่อการใช้งาน
 - ๑.๔ เข็มแต่ละอันบรรจุในซองพลาสติกทั้งสองด้าน หรือ ซองพลาสติกและกระดาษด้านใดด้านหนึ่ง ที่ปิดสนิท ซึ่งผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมา (Gamma Rays) หรือ แก๊สเอทิลีนออกไซด์ สามารถฉีกออกใช้ได้อย่างสะดวก
 - ๑.๕ ทุกกล่องบรรจุระบุ Lot. No และเดือนปีหมดอายุ
 - ๑.๖ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบผลิตภัณฑ์
 - ๑.๗ เข็มพลาสติกแต่ละเบอร์ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. ผู้ผลิตหรือผู้ยื่นต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ด้านการจัดเก็บและการจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยมีเอกสารประกอบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางยุพา อธิสมงคล)


ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางบุษบา แก้วไพฑูรย์)


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางวารุณี สีสันต์)

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๔. ผู้ผลิตหรือผู้ยื่นต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ด้านการจัดเก็บและการจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยมีเอกสารประกอบ
๕. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปี ขึ้นไป
๖. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
๗. ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางยุพา อธิสมงคล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางบุษบา แก้วไพฑูรย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวารุณี สีสันต์)