



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/

วันที่

๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางชุด Laryngoscope

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๓๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุด Laryngoscope จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุด Laryngoscope จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


ข้อพิจารณา


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุด Laryngoscope จำนวน ๑๐ ชุด ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว


ข้อเสนอ




จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพอทธิ ณะแพสย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุพัฒน์ ศรีธัญรัตน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจิตร์กัญญา พรหมทองแสน)

อนุมัติ


 **นายอึ้งยง ไชยรงค์** หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
 **(ศิวพล บุญรินทร์)** หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 **(นายจตุพร รัตนพันธ์)** รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ คือ ชุด Laryngoscope จำนวน ๑๐ ชุด
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท ไอดีเอส ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย
 ๓. บริษัท สวิตต์เทคกรุ๊ป จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายพฤทธิ์ ชนะแพสย์ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. นางสุพัฒน์ ศรีธัญญรัตน์ ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. นางจิตรกัญญา พรหมหนองแสน ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุด Laryngoscope

๑. ความต้องการ ชุด Laryngoscope มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ส่องตรวจหลอดลมในงานตรวจโรคผู้ป่วย
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นเครื่องส่องตรวจหลอดลมชนิดให้แสงสว่างโดยระบบ Fiber Optic สามารถให้ความสว่างและมีจุดรวมแสงที่ดีในบริเวณที่ต้องการตรวจ
 - ๓.๒ มีแผ่นส่องตรวจ (Blade) ชนิดท่อนำแสงแบบ Fiber Optic
 - ๓.๓ มีด้ามถือ (Handle) เป็นชนิดใช้งานร่วมกับหลอดไฟ XLED ที่ให้ความสว่างสูง และให้คลื่นแสงที่ถูกต้อง
 - ๓.๔ สามารถใช้งานจากแบตเตอรี่ขนาด "C" จำนวน ๒ ก้อนได้
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๔.๑ คุณสมบัติของแผ่นส่องตรวจ (Blade)
 - ๔.๑.๑ ท่อนำแสงแบบ Fiber Optic เป็นชนิดที่สามารถถอดท่อนำแสงออกจากแผ่นตรวจได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆช่วย ทำให้สามารถทำความสะอาดง่าย และการลดติดเชื้อมีอายุการใช้งาน ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง
 - ๔.๑.๒ ท่อนำแสง (Fiber Core) มีขนาด ๔ มิลลิเมตร จำนวนเส้น ๖,๕๐๐ Fibers
 - ๔.๒ คุณสมบัติของด้ามถือ (Handle)
 - ๔.๒.๑ ด้ามถือสามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ขนาด "C" จำนวน ๒ ก้อน
 - ๔.๒.๒ ใช้หลอดไฟชนิด XLED ติดอยู่กับด้ามถือให้ความสว่าง ๒๗,๐๐๐ Lux และให้คลื่นแสงที่ถูกต้อง
 - ๔.๒.๓ ด้ามถือสามารถถอดได้ ๒ ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่และหลอดไฟ ฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำทำความสะอาดและดูแลรักษา
 - ๔.๒.๔ สวิตช์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (Blade) เข้ากับด้ามถือ (Handle) แสงไฟจะส่องสว่างบริเวณปลายแผ่นส่องตรวจ
 - ๔.๓ ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจ สามารถนำไปอบฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยระบบไอน้ำ (Autoclaveable) ที่อุณหภูมิ ๑๓๔-๑๓๗°C ความดัน ๒.๒๕ bar
 - ๔.๔ กล่องบรรจุแผ่นส่องตรวจ (Blade) และด้ามถือ (Handle) ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการเก็บอุปกรณ์จากโรงงานผู้ผลิต
๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ แผ่นส่องตรวจแบบโค้งเบอร์ ๓ (Sirius XL Macintosh Blade ๓ Fibre)	จำนวน	๑	ชิ้น
๕.๒ แผ่นส่องตรวจแบบโค้งเบอร์ ๔ (Sirius XL Macintosh Blade ๔ Fibre)	จำนวน	๓	ชิ้น
๕.๓ แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ขนาด "AA"	จำนวน	๒	ก้อน
๕.๔ บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อุปกรณ์	จำนวน	๑	ใบ


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพทธี ณะแพสย์) (นางสุพัตน์ ศรีธัญญรัตน์) (นางจิตรกัญญา พรหมหนองแสน)


๖. เงื่อนไขเฉพาะ


๖.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันมอบของครบ

๖.๒ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายพฤทธิ ณะแพสย์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสุพัฒน์ ศรีธิญูรัตน์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางจิตร์กัญญา พรหมทองแสน)