

คุณลักษณะชุดล้างไตปลอดเขื่อ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รายละเอียดทั่วไป เป็นชุดทำแผลช่องทางออกของสายล้างไต (Exit site) สำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ส่วนประกอบของชุดล้างไต

๑. Set ทำแผล บรรจุในช่องปลอดเขื่อ (Peel Pack) ปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พิล์มพลาสติก 1 ด้าน และกระดาษ 1 ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในช่องได้ ข้างซองต้องระบุจำนวน ขนาด วิธีการ Sterilization วันที่ผลิต วันหมดอายุ หรือ Lot Number การผลิต และผ่านการทำให้ปราศ จากเชื้อตัวยาแก๊ส Ethylene oxide หรือรังสี gamma ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ซึ่งในหนึ่งช่องประกอบด้วย

- ผ้ากือสพับ ๒นิ้ว x ๒นิ้ว ๑๒ชิ้น	จำนวน ๒ ชิ้น
- ผ้ากือสพับ ๓นิ้ว x ๕นิ้ว ๘ชิ้น	จำนวน ๓ ชิ้น
- สำลีก้อน ๐.๓๕ กรัม	จำนวน ๖ ก้อน
- Forceps ๔ นิ้ว	จำนวน ๑ ชิ้น
- Tray	จำนวน ๑ ใบ

๒. ผ้ากือสพับ ๓นิ้ว x ๕นิ้ว ๘ ชิ้น (๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๑ ห่อ

๓. สำลีก้อน ๐.๓๕ กรัม (๒๐๐ ก้อน) จำนวน ๑ ห่อ



๔. บรรจุ Set ทำแผล ๓๐ ชุด ผ้ากือสพับ ๑ ห่อ และ สำลีก้อน ๑ ห่อ ในแพคหรือกล่อง

๕. สำลีต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๖. ผ้ากือสต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เงื่อนไขอื่นๆ

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลก เปลี่ยนหรือซื้อชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปี ขึ้นไป
- ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
- ผู้เสนอราคายังต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางลักษณ ประเดิม) (นางอุษาวดี สุทธิประภา) (นางมะลิ ร้อยมาลี)