



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๑๘๑๗

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดและราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น SOMATOM Definition AS หมายเลขเครื่อง S/N ๙๖๕๗๐ ยี่ห้อ SIEMENS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลางซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น SOMATOM Definition AS หมายเลขเครื่อง S/N ๙๖๕๗๐ ยี่ห้อ SIEMENS จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดและราคากลางซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น SOMATOM Definition AS หมายเลขเครื่อง S/N ๙๖๕๗๐ ยี่ห้อ SIEMENS จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น SOMATOM Definition AS หมายเลขเครื่อง S/N ๙๖๕๗๐ ยี่ห้อ SIEMENS จำนวน ๑ เครื่อง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเจตนา เจริญราษฎร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญเรือง ศิรินาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ ชาร์จันทร์)

นายยืนยง ไชยงค์นางจุฬารัตน์ อิงคำแหง (นายอบูล รัตนพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น SOMATOM Definition AS หมายเลขเครื่อง S/N ๙๖๕๗๐ ยี่ห้อ SIEMENS จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด
เนื่องจากมีผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวเจตนา	เจริญราษฎร์	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญเรือง	ศิรินาม	กรรมการ
๓. นายเสกสรรค์	ธารจันทร์	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอรื รุ่น STRATON MX P๔๖
สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอรื รุ่น Somatom Definition AS ยี่ห้อ SIEMENS

๑. ชื่อพัสดุ หลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอรื รุ่น STRATON MX P๔๖ สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอรื รุ่น Somatom Definition AS ยี่ห้อ SIEMENS
๒. คุณสมบัติเฉพาะ
 - ๒.๑ ความต่างศักย์ปกติ ๑๔๕ kv
 - ๒.๒ โฟกัส (Focal Spot) ขนาดโฟกัส F๑ = ๐.๗ x ๐.๗ mm
F๒ = ๐.๙ x ๑.๑ mm
 - ๒.๓ กำลังปกติ (Normal Power) F๑ = ๔๘ kW, F๒ = ๑๐๐ kW
 - ๒.๔ การทำมุมของขั้วบวก (Anode Angle) ๗°
 - ๒.๕ วัสดุของขั้วบวก (Anode Material) Tungsten-Rhenium
 - ๒.๖ ความถี่สูงสุดของขั้วบวก (Maximum Anode Frequency) ๑๖๐ Hz
 - ๒.๗ ความสามารถในการจุความร้อนของขั้วบวก >๖,๕๐๐,๐๐๐ HU/min
 - ๒.๘ กำลังต่อเนื่อง (Continues Heat dissipation of tube assembly) ๔.๖ kW
๓. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๓.๑ เป็นอะไหล่สำหรับที่สามารถใช้งานกับสำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอรื รุ่น Somatom Definition AS ยี่ห้อ SIEMENS เท่านั้น
 - ๓.๒ ระยะเวลารับประกัน ๑ ปี หรือไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ scansec นับจากวันที่ส่งของ
 - ๓.๓ ราคาที่เสนอเป็นราคาสำหรับแลกเปลี่ยนอะไหล่เก่าที่ชำรุดส่งคืนโรงงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวเจตนา เจริญราษฎร์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบุญเรือง ศิรินาม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเสกสรรค์ ธารจันทร์)