



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๒๓๗

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดน้ำลายในช่องปาก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๓๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดน้ำลายในช่องปาก จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดน้ำลายในช่องปาก จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

### ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอน ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดูดน้ำลายในช่องปาก จำนวน ๑ เครื่อง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสดารรณ อมรมรกต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริมงคล)

**อนุมัติ**

นายยืนยง ไชยวงศ์ (นายณรงค์ชัย สังขา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอุบล รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องดูดน้ำลายในช่องปาก จำนวน ๒ เครื่อง  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  
เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
สืบราคาจากห้องตลาด
  ๑. บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (๑๙๙๘) จำกัด
  ๒. บริษัท เด็นทัล ฟาร์ม จำกัด
  ๓. บริษัท ไอฮาร์ท จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นางลดาพรรณ อมรมรกต ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
  ๒. นายเอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ ลงชื่อ.....กรรมการ
  ๓. นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศรีมงคล ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องดูดน้ำลายในช่องปาก




คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
๒. ระบบมอเตอร์เป็นชนิด Rotary ไม่ต้องมีการบำรุงรักษาหรือเติมน้ำมัน
๓. มีที่ปรับแรงดูดและสามารถตั้งค่าแรงดูดที่ต้องการให้คงที่ โดยสามารถปรับค่าแรงดูดได้ระหว่าง ๐.๐๒ mpa - ๐.๐๙ mpa
๔. มีมาตรอ่านแรงดูด โดยแสดงค่าแรงดูด ๐-๖๘๐ mm.Hg
๕. ภาชนะบรรจุน้ำลายเป็นขวดใสทำด้วยแก้ว ขนาดบรรจุ ๔ ลิตร จำนวน ๒ ขวดและขนาด ๒ ลิตร จำนวน ๒ ขวด
๖. มีระบบป้องกันของเหลวหรือน้ำในภาชนะล้นเข้าเครื่อง
๗. เครื่องดูดน้ำลายมีแรงดูดของเหลวติดต่อกัน ๘๐ ลิตร/นาที
๘. ขนาดของเครื่อง ๓๘๐ x ๒๗๐ x ๘๙๐ มม.
๙. น้ำหนักของเครื่อง ๒๕.๕ กิโลกรัม
๑๐. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ..... ประธานกรรมการ  
(นางสดาวรรณ อมรมรกต)

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ  
(นายเอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ)

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ  
(นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริมงคล)