



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๐๘๗

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน Serofuge

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน Serofuge จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน Serofuge จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน Serofuge ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ อ่อนศิลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอภิรดี อัมพรกั้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนัยนา สมด้วง)

นายอินยอง ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังขา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องปั่นตกตะกอน Serofuge จำนวน ๓ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบค่าเสื่อมประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
 ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
 ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท แอฟฟินิตี้ จำกัด
 ๒. บริษัท วินเนอร์วิชั่น จำกัด
 ๓. บริษัท มีฟาร์มเมต จำกัด
 ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายพิเชษฐ์ อ่อนศิลา
 ๒. นางสาวอภิรดี อัมรังก
 ๓. นางนัยนา สมด้ว
- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นตกตะกอน Serofuge

๑. ความต้องการ เครื่องปั่นตกตะกอน
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับการปั่นอ่านผลหมู่โลหิต และ ปั่นล้างเซลล์ ในงานธนาคารเลือด
๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด
- ๓.๒ ใช้ไฟ ๑๑๐ - ๒๔๐ โวลท์ ๕๐ - ๖๐ เฮิรตซ์

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือด งานตรวจกรองแอนติบอดี งานตรวจหมู่เลือด และอื่นๆ
- ๔.๒ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และมีจอ LCD แสดงความเร็วรอบ (RPM) หรือแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) และเวลาในการปั่น
- ๔.๓ ความเร็วสูงสุด ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุด ๑๐๐๖ g
- ๔.๔ ตั้งโปรแกรมการทำงาน (ความเร็วและเวลา) ได้ ๑๐ โปรแกรม
- ๔.๕ มีหัวปั่นบรรจุหลอดทดลองขนาด ๑๐ x ๗๕ หรือ ๑๒ x ๗๕ ได้ ๑๒ หลอดทดลอง
- ๔.๖ สามารถถอดหัวปั่นออกจากแกนได้ง่าย และคว่ำเทของเหลวโดยไม่ต้องนำหลอดทดลองออกจากหัวปั่น
- ๔.๗ ฝาเครื่องเป็นพลาสติกโปร่งแสง สามารถมองเห็นการทำงานภายในได้
- ๔.๘ มีคู่มือการใช้งาน ๑ ชุด


๕. เงื่อนไขเฉพาะ


- ๕.๑ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๑ ปี
- ๕.๒ ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
- ๕.๓ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าที่ส่ง และเงื่อนไขอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้น กรรมการทรงไว้ ซึ่ง

สิทธิจะยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ขึ้นกับ การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นสำคัญ

ราคากลาง จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ อ่อนศิลา)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวอภิรตี อัมพรกั้ง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางนัยนา สมด้ว)