




คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดผ่านกล้องส่องตรวจ (Uniportal VATS Instruments)
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) สามารถทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้ (Autoclave) โดยไม่ทำให้เครื่องมือได้รับความเสียหาย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เครื่องมือหนีบเนื้อเยื่อและเลาะต่อมขนาดเล็ก (Node) ปลายปากเป็นรูป Snake Type ๕ มิลลิเมตร
๒. มีช่องตรงกลางแบบ Ring jaws ลักษณะแบบโค้ง มีที่ล็อก (with Rather) มีก้าน (Shaft) ขนาด ๗ มิลลิเมตร ความยาว ๓๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๓. เครื่องมือหนีบและจับเนื้อเยื่อปอด ปลายปากแบบ Oval Type ขนาด ๘ มิลลิเมตร มีรูตรงกลาง (Ring jaws) มีที่ล็อก (with Rather) ปลายปากแบบพื้นเรียบ ก้าน (Shaft) ขนาด ๗ มิลลิเมตร ความยาว ๓๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๔. เครื่องมือหนีบและเลาะเนื้อเยื่อ ปลายปากมีพื้นแบบ DeBakey ลักษณะโค้งทำมุม ๓๐ องศา ด้ามจับแบบวงแหวน (Ring Handle) ความยาว ๓๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๕. เครื่องมือหนีบและเลาะเนื้อเยื่อ ปลายปากมีพื้นแบบ DeBakey ลักษณะโค้งทำมุม ๖๐ องศา ด้ามจับแบบวงแหวน (Ring Handle) ความยาว ๓๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๖. เครื่องมือหนีบและเลาะเนื้อเยื่อ ปลายปากมีพื้นแบบ DeBakey ลักษณะโค้งทำมุม ๙๐ องศา ประมาณ ๒๐ มิลลิเมตร ก้าน (Shaft) ๗ มิลลิเมตร ความยาว ๓๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๗. กรรไกรสำหรับตัดและเลาะเนื้อเยื่อปอด ปลายโค้งมนกว้าง ขนาด ๓ มิลลิเมตร ก้าน (Shaft) ๘ มิลลิเมตร ความยาว ๓๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๘. เครื่องมือสำหรับจับเข็มสำหรับใช้ในการเย็บร่วมกับการผ่าตัดปอด ปลายปากโค้งเสริมด้วยทั้งสแตนคาร์ไบด์ ก้าน (Shaft) ๕ มิลลิเมตร ความยาว ๒๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๙. เครื่องมือสำหรับเกี่ยวไหม (Knot Pusher) ปลายปากแบบโค้ง ๔๐ องศา ก้าน (Shaft) ๕ มิลลิเมตร ความยาว ๒๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๑๐. เครื่องมือสำหรับหนีบและจับเนื้อเยื่อ แบบโค้ง ก้าน (Shaft) ๕ มิลลิเมตร ความยาว ๒๓๐ มิลลิเมตร กรรไกรสำหรับตัดและเลาะเนื้อเยื่อปอด ปลายโค้งมน ๑๕ องศา ก้าน (Shaft) ๕ มิลลิเมตร ความยาว ๒๓๐ มิลลิเมตร
๑๑. เครื่องมือสำหรับเป็นขอเกี่ยวและใช้จี้ด้วยไฟฟ้า แบบ L-Shaped ปลายปากตรงใช้กับกล้อง ขนาด ๕ มิลลิเมตร ความยาว ๓๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวสุมัทธนา ผจงศิลป์)

(นางศรีวัลย์ กุมพล)

(นางศิวพร บุญญาธิพิทักษ์)

๑๒. เครื่องมือสำหรับเป็นขอกเกี่ยวและใช้จัดด้วยไฟฟ้า แบบ L-Shaped ปลายปากโค้งใช้กับกล่องขนาด ๕ มิลลิเมตร ความยาว ๓๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๑๓. เครื่องมือสำหรับดูของเหลวที่อุดภายในกล่องปลายปากโค้งหักมุม ก้าน (Shaft) ๖ มิลลิเมตร ความยาว ๓๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๑๔. กล่องบรรจุเครื่องมือพร้อมผ้าแบบ Sterilization Case ชนิดหนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ ขนาด ๕๓๐ x ๓๐๐ x ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๓. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ.....*ศุภิสมา*.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*ด.อ.*.....กรรมการ ลงชื่อ.....*ปิณฑ*.....กรรมการ
(นางสาวสุภัทธนา ผจงศิลป์) (นางเครือวัลย์ กุมพล) (นางศิวพร บุญญาธิพิทักษ์)