

คุณลักษณะชุดล้างไตปลอดเชื้อ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รายละเอียดทั่วไป เป็นชุดทำแผลช่องทางออกของสายล้างไต (Exit site) สำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ส่วนประกอบของชุดล้างไต

๑. Set ทำแผล บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก 1 ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้ ซ้ำซองต้องระบุจำนวน ขนาด วิธีการ Sterilization วันที่ผลิต วันหมดอายุ หรือ Lot Number การผลิต และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส Ethylene oxide หรือรังสีแกมมา ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ซึ่งในหนึ่งซองประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| - ผ้าก๊อสปับ ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว ๑๒ ชั้น | จำนวน ๒ ชั้น |
| - ผ้าก๊อสปับ ๓ นิ้ว x ๔ นิ้ว ๘ ชั้น | จำนวน ๓ ชั้น |
| - สำลีก้อน ๐.๓๕ กรัม | จำนวน ๖ ก้อน |
| - Forceps ๔ นิ้ว | จำนวน ๑ ชั้น |
| - Tray | จำนวน ๑ ใบ |
| ๒. ผ้าก๊อสปับ ๓ นิ้ว x ๔ นิ้ว ๘ ชั้น (๑๐๐ ชั้น) | จำนวน ๑ ห่อ |
| ๓. สำลีก้อน ๐.๓๕ กรัม (๒๐๐ ก้อน) | จำนวน ๑ ห่อ |
| ๔. บรรจุ Set ทำแผล ๓๐ ชุด ผ้าก๊อสปับ ๑ ห่อ และ สำลีก้อน ๑ ห่อ ในแพคเกจกล่อง | |
| ๕. สำลีต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | |
| ๖. ผ้าก๊อสต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | |

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
๒. หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดราคา และมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปี ขึ้นไป
๓. ต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะ กรรมการอาหารและยา
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางลักขมณ ประเดิม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอุษาวดี สุทธิประภา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมะลิ ร้อยมาลี)